KONICA MINOLTA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

INST DE GESTAO EST DE SAU DO DF - IGESDF
28.481.233/0001-72

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 32/2026

Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/000185, vem, respeitosamente, requerer o esclarecimento dos pontos abaixo especificados.

No que tange ao ponto 1.9.17 do referido edital, considerando que existem sistemas em que a carga do detector ocorre em minutos e este sistema pode ser compartilhado entre os detectores durante a rotina de uso, e para que não haja lacunas interpretativas, nosso interesse é esclarecer se será aceita oferta de 1 (uma unidade) carregador para a solução (2 detectores).

Nova Lima, MG, 15 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/MF nº71.256.283/0001-85

Outlook

RE: Solicitação de Agendamento de Visita Técnica - Edital nº 32/2026 (ID da Cotação: 1522880)

De KELLEN CORDEIRO LIMA FRANCA <kellen.franca@igesdf.org.br>
Data Sex, 15/05/2026 12:43
Para Pollyanna Fernandes <pollyanna.fernandes@konicaminolta.com>; emendas.propostas@igesdg.org.br <emendas.propostas@igesdg.org.br>
Cc Emed Eletromedicina LTDA <meire@emed.med.br>; CX - COMPRAS SERVICOS <compras.servicos@igesdf.org.br>

Prezado Fornecedor.
Informamos que o pedido foi recebido e encaminhado à área técnica competente para análise.
Solicitamos, portanto, que aguarde o retorno com as devidas considerações.
Agradecemos o contato.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Kellen França
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
✉ emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 ramal 9128 ☎ 61 98359-8423 (Wpp)
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal

De: Pollyanna Fernandes <pollyanna.fernandes@konicaminolta.com>
Enviado: sexta-feira, 15 de maio de 2026 11:17
Para: emendas.propostas@igesdg.org.br <emendas.propostas@igesdg.org.br>; KELLEN CORDEIRO LIMA FRANCA <kellen.franca@igesdf.org.br>
Cc: Emed Eletromedicina LTDA <meire@emed.med.br>; CX - COMPRAS SERVICOS <compras.servicos@igesdf.org.br>
Assunto: RE: Solicitação de Agendamento de Visita Técnica - Edital nº 32/2026 (ID da Cotação: 1522880)

Kellen, conforme conversamos por favor envie também nossa dúvida sobre a composição da solução de raio X fixo em anexo.

No que tange ao ponto 1.9.17 do referido edital, considerando que existem sistemas em que a carga do detector ocorre em minutos e este sistema pode ser compartilhado entre os detectores durante a rotina de uso, e para que não haja lacunas interpretativas, nosso interesse é esclarecer se será aceita oferta de 1 (uma unidade) carregador para a solução (2 detectores.

Aguardamos retorno.
Atenciosamente,

KONICA MINOLTA

Pollyanna Fernandes
Gerente de Contas Estratégicas
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
Tel: + 55 31 3117-4400 | Cel: +55 31 99658-7784
E-mail: pollyanna.fernandes@konicaminolta.com

The information contained in, attached to or accompanying this e-mail message is solely for the use of the intended recipient(s). If you are not an intended recipient, please destroy this message, delete all copies held on your system and advise the sender by reply e-mail.

A informação contida, anexada ou acompanhando esta mensagem de e-mail destina-se exclusivamente ao uso do(s) destinatário(s) pretendido(s). Se você não é um destinatário pretendido, por favor, destrua esta mensagem, delete todas as cópias armazenadas em seu sistema e avise o remetente por e-mail de resposta.

De: Pollyanna Fernandes
Enviado: sexta-feira, 15 de maio de 2026 10:46
Para: emendas.propostas@igesdg.org.br <emendas.propostas@igesdg.org.br>; KELLEN CORDEIRO LIMA FRANCA <kellen.franca@igesdf.org.br>
Cc: Emed Eletromedicina LTDA <meire@emed.med.br>; compras.servicos@igesdf.org.br <compras.servicos@igesdf.org.br>
Assunto: Solicitação de Agendamento de Visita Técnica - Edital nº 32/2026 (ID da Cotação: 1522880)

À Gerência de Compras do IGESDF,

Vimos por meio deste e-mail solicitar o agendamento da visita técnica facultativa prevista no **Edital nº 32/2026**, referente à aquisição de Aparelhos de Raio-X Fixo e Móvel (**Processo SEI nº 04016-00026785/2025-99**).

Abaixo, enviamos os dados de nossa empresa e do representante designado que comparecerá ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM):

- **Empresa:** KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
- **CNPJ:** 71.256.283/0001-85
- **Nome do Representante:**Jair Cugler
- **Documento (RG/CPF):** 2002002027205 SSP/CE - 049.160.458-07

Aguardamos a confirmação deste agendamento.

Atenciosamente,

KONICA MINOLTA

Pollyanna Fernandes

Gerente de Contas Estratégicas

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL

Tel: + 55 31 3117-4400 | Cel: +55 31 99658-7784

E-mail: pollyanna.fernandes@konicaminolta.com



The information contained in, attached to or accompanying this e-mail message is solely for the use of the intended recipient(s). If you are not an intended recipient, please destroy this message, delete all copies held on your system and advise the sender by reply e-mail.

A informação contida, anexada ou acompanhando esta mensagem de e-mail destina-se exclusivamente ao uso do(s) destinatário(s) pretendido(s). Se você não é um destinatário pretendido, por favor, destrua esta mensagem, delete todas as cópias armazenadas em seu sistema e avise o remetente por e-mail de resposta.

Outlook

IGESDF - EDITAL Nº 32/2026 - ID 1522880 | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO| APARELHOS DE RAIO-X

De CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Data Qua, 08/07/2026 15:57
Para Pollyanna Fernandes <pollyanna.fernandes@konicaminolta.com>; meire meire <meire@emed.med.br>

Prezado Fornecedor,

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao Edital nº32/2026, para aquisição de **Aparelhos de Raio-x Fixo e Móvel**, informamos que a demanda foi analisada pela área técnica.

ANÁLISE TÉCNICA

EMPRESA KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

DA TEMPESTIVIDADE:

- Considerando o edital, informa-se que o pedido de esclarecimentos foi acolhido intempestivamente, datado de 15 de maio de 2026, por estar fora do prazo.
- Considerando o edital, informa-se que **não** foi acolhido o agendamento de Visita Técnica (Doc. SEI n.º 203098931), datado em 15 de maio de 2026, por estar fora do prazo editalício. Logo, é intempestivo.

DA ANÁLISE E JULGAMENTO:

ITEM 1: APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL FIXO:

Característica Técnica:

- 1.9.17. Carregador para cada detector com capacidade de carga para uma ou mais baterias.

  Pretensão da empresa licitante: considerando que existem sistemas em que a carga do detector ocorre em minutos e este sistema pode ser compartilhado entre os detectores durante a rotina de uso, e para que não haja lacunas interpretativas, nosso interesse é esclarecer se será aceita oferta de 1 (uma unidade) carregador para a solução (2 detectores).

  Julgamento: **INDEFERIDO.**

  Análise Técnica:

  A especificação no item 1.9.17. é clara e sustentada pela reforço contido no item 1.12.4 que solicita 02 (dois) detectores wireless compatíveis com as características técnicas especificadas. Sendo assim, não será aceita oferta de 1 (uma unidade) carregador para a solução (2 detectores).

  Conclusão: A especificação técnica do edital está fundamentada em necessidade operacional real da instituição. **Opina-se pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**. A especificação **MANTÉM-SE INALTERADA em carregador para cada detector com capacidade de carga para uma ou mais baterias.**

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Kellen França
Equipe de Aquisições - Emendas Parlamentares
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
Gerência de Compras de Equipamentos e Imobilizado - GECEI

Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 R