TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA

Aquisição de Equipos para Bomba de Infusão

---

1. OBJETO

Aquisição emergencial de equipos para bomba de infusão, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições constantes na Solicitação de Dispensa nº 11231, visando atender às necessidades do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

---

2. JUSTIFICATIVA

Os equipos para bomba de infusão constituem insumos essenciais para a administração segura, precisa e contínua de soluções intravenosas, sendo indispensáveis ao funcionamento das unidades assistenciais do IGESDF, especialmente em setores críticos e de alta complexidade, como Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), centros cirúrgicos e unidades de internação.

A utilização desses dispositivos possibilita o controle rigoroso de volume, tempo e velocidade de infusão de medicamentos e soluções parenterais, reduzindo riscos relacionados a erros de dosagem, incompatibilidades medicamentosas e eventos adversos, contribuindo diretamente para a segurança do paciente e efetividade terapêutica.

Ressalta-se que diversos medicamentos administrados por bomba de infusão possuem estreita margem terapêutica, tornando inviável sua administração por métodos manuais. Assim, a indisponibilidade dos equipos compromete diretamente a operacionalização das bombas de infusão e pode ocasionar interrupção de terapias críticas, colocando em risco a continuidade da assistência e a vida dos pacientes.

Diante desse cenário, faz-se necessária a realização de contratação emergencial, visando assegurar a continuidade do abastecimento e evitar prejuízos à assistência prestada pelas unidades geridas pelo IGESDF.

---

3. CARACTERÍSTICAS DOS INSUMOS

Os equipos para bomba de infusão deverão atender às especificações técnicas constantes na Solicitação de Dispensa nº 11231, contemplando, no mínimo:

- Estéreis, atóxicos, apirogênicos e descartáveis;
- Compatíveis com administração de soluções parenterais;
- Câmara gotejadora transparente;
- Tubulação flexível e resistente;
- Conector tipo Luer Lock;

- Dispositivo regulador de fluxo;
- Embalagem individual em papel grau cirúrgico;
- Conformidade com normas técnicas vigentes e registro na ANVISA.

---

4. COMPATIBILIDADE (CRITÉRIO OBRIGATÓRIO)

Os insumos ofertados deverão ser obrigatoriamente compatíveis com as bombas de infusão modelo ICATU's, da marca Samtronic, atualmente utilizadas nas unidades do IGESDF.

A não comprovação da compatibilidade implicará na desclassificação da proposta.

---

5. ITENS E QUANTITATIVOS

MV	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
3830	EQUIPO DE BOMBA LIVRE DE PVC E EHP C/FILTRO DE LINHA EQUIPO FOTOSSENSÍVEL LIVRE DE PVC E DEHP C/FILTRO DE LINHA DE 0,22MI	1.200 unidades
750	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL, P/ BOMBA E INFUSÃO EQUIPO FOTOSSENSÍVEL, PARA BOMBA DE INFUSÃO	25.200 unidades
3831	EQUIPO PARENTERAL NEONATAL PARA BOMBA DE INFUSÃO, ESTÉRIL	200 unidades

---

6. ENTREGA

As entregas deverão ser parceladas, conforme cronograma a ser definido na emissão da Ordem de Compra.

O fornecedor deverá cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, garantindo a continuidade do abastecimento e evitando prejuízos às atividades assistenciais.

---

7. PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS

O prazo para envio das propostas será de 06 (seis) horas comerciais, em caráter emergencial, compreendendo o período das 16h às 17h do dia 08/05/2026 e das 08h às 13h do dia 11/05/2026.

Serão consideradas apenas as horas compreendidas dentro do horário comercial para fins de contagem do prazo.

---

8. CRITÉRIO DE SELEÇÃO

Será adotado o critério de menor preço, desde que atendidas integralmente as exigências técnicas, regulatórias e de compatibilidade previstas neste Termo de Referência.

---

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente contratação será realizada por dispensa, nos termos do Capítulo V, inciso I, da Resolução nº 03/2024, hipótese prevista no art. 75, inciso I, considerando o risco iminente de desabastecimento de insumos essenciais à continuidade da assistência prestada pelas unidades do IGESDF.

Os produtos ofertados deverão possuir registro válido na ANVISA e atender integralmente às especificações técnicas exigidas.