Outlook

RE: Pedido de esclarecimento ID: 1546433

De CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Data Qui, 28/05/2026 16:29
Para Leö Sousa <leo.sousa@infinitymedicalbrasil.com>

Boa tarde! Prezado fornecedor, segue a resposta do nosso setor técnico, conforme solicitado no pedido de esclarecimento.

Conforme avaliação realizada pela equipe médica da Urologia do HRSM, verificou-se que os equipamentos atualmente utilizados na unidade hospitalar, incluindo os cabos de fibra óptica e os cabos de conexão HF monopolar, pertencem predominantemente à plataforma da marca Karl Storz.

Dessa forma, embora os materiais ofertados da marca Richard Wolf possuam registro regular na ANVISA e atendam parcialmente às especificações técnicas constantes no Elemento Técnico nº 10935/2026, foi identificado que os sistemas Karl Storz e Richard Wolf não possuem compatibilidade nativa entre si, em razão da utilização de padrões mecânicos proprietários distintos, incluindo roscas, travas e conexões específicas de cada fabricante.

Segundo análise técnica da especialidade urológica do HRSM:

• Os cabos de fibra óptica padrão Karl Storz não realizam encaixe direto em fontes de luz Richard Wolf, e vice-versa, sendo necessária utilização de adaptadores específicos para compatibilização dos sistemas;

• As óticas rígidas podem admitir interoperabilidade parcial mediante troca de adaptadores rosqueáveis intercambiáveis na entrada de luz, permitindo utilização de cabos de fabricantes distintos em determinadas situações;

• Em relação ao CABO DE CONEXÃO HF MONOPOLAR, também foram identificadas diferenças técnicas relacionadas aos padrões de conexão entre os equipamentos atualmente utilizados na unidade e os materiais ofertados, podendo ser necessária utilização de adaptadores específicos para garantir funcionamento adequado e segurança operacional.

Ressalta-se que a utilização de equipamentos e acessórios não compatíveis de forma nativa pode ocasionar instabilidade de conexão, perda de eficiência luminosa, dificuldades operacionais durante os procedimentos e possíveis impactos na segurança e desempenho assistencial.

Diante disso, esta Gerência entende que eventual utilização dos materiais ofertados pela marca Richard Wolf dependerá de avaliação complementar quanto à disponibilidade e viabilidade técnica de adaptadores compatíveis, bem como análise de interoperabilidade segura com os equipamentos atualmente instalados na unidade hospitalar.

Atenciosamente,

Marcos Carvalho
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Insumo
✉ marcos.amaral@igesdf.org.br
IGESDF/GCOMP/NCOIN
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
☎ 61 3550-8900 R: 9113

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

De: Leö Sousa <leo.sousa@infinitymedicalbrasil.com>
Enviado: terça-feira, 26 de maio de 2026 11:13
Para: Carol Setúbal <gerentedecontas@infinitymedicalbrasil.com>
Cc: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>; ricardo segurado <ricardosegurado@infinitymedicalbrasil.com>
Assunto: Re: Pedido de esclarecimento ID: 1546433

Bom dia, time.

Conforme solicitado, segue em anexo a análise dos itens.

Conforme alinhado via WhatsApp, o texto encontra-se aberto para ampla concorrência. Foi encaminhado pedido de esclarecimento ao órgão, porém, até o momento, não obtivemos retorno.

Por se tratar de itens de ampla concorrência, entendemos que nossos preços possivelmente não serão os mais competitivos em comparação aos concorrentes nacionais. Ainda assim, participaremos do processo também com o objetivo estratégico de mapear potenciais concorrentes, permitindo alimentar nossa base de informações e fortalecer nossa análise de mercado junto à fábrica.

Permaneço à disposição.

Atenciosamente;



Em seg., 25 de mai. de 2026 às 11:45, Carol Setúbal <gerentedecontas@infinitymedicalbrasil.com> escreveu:

> Bom dia, prezados.
>
> Em atenção à Seleção de Fornecedores nº 10935/2026, ID 1546433, destinada à aquisição de acessórios de Urologia (cabos), cujo recebimento de propostas permanecerá aberto até o dia 29/05/2026, vimos, por meio deste, solicitar esclarecimentos conforme documento anexo.

A presente solicitação se faz necessária para que possamos certificar que o produto ofertado pela Infinity atende integralmente às especificações solicitadas.

Desde já agradecemos a atenção e permanecemos à disposição.

Atenciosamente;

