ANEXO II – COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome da Empresa:	
CNPJ:	
Endereço:	
Responsável pela proposta:	
Telefone:	
E-mail:	

Ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúdedo Distrito Federal

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento de equipamentos médicos destinados à aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) em apoio à expansão e modernização do referido serviço. O valor global da proposta é de R$ _____.

Declaramos expressamente que os itens e acessórios fornecidos estão em plena conformidade com as especificações técnicas exigidas, sendo devidamente referenciados de acordo com os tópicos e subtópicos descritos no manual de instruções do equipamento, e devidamente identificados na tabela apresentada a seguir:

ITEM 01

ITEM	DESCRITIVO TÉCNICO	Página do Manual do Equipamento Registrado na ANVISA que comprova o atendimento do requisito.
SERRAS ELÉTRICAS OSCILANTES DE GESSO		
FINALIDADE DO EQUIPAMENTO		
1	- A serra para corte de gesso e indicada para procedimento de remoção de gesso de forma segura e eficiente, transformando o movimento giratório do motor em movimento oscilatório na lâmina do corte impedindo danos à pele do paciente.	
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO		
2	- Todos os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento.	
CARACTERÍSTICAS GERAIS		
3	- Segurança total na remoção de gesso.	
4	- Potência mínimo de 180 WATTS.	
5	- Baixo ruído.	
TIPO DE MONTAGEM		
6	- Portátil.	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
7	- Potência mínimo de 180 WATTS.	
8	- Velocidade variável de 18.000 a 23.000 oscilações por minuto.	
9	- Cabo de força com aproximadamente 3,0 metros de comprimento conforme padrões ABNT.	
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		
10	- Alimentação elétrica 220V-60HZ, ou bivolt automático	
ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR UNIDADE)		
11	- 01 disco de serra de 2" polegada ou 51,8mm aproximadamente.	
12	- 01 disco de serra de 2 ½" polegada ou 63,8 aproximadamente.	
13	01 chave para remoção e troca das lâminas.	
DOCUMENTAÇÃO		
14	- 01 manual do operador em português.	
NORMAS TÉCNICAS E CONFORMIDADES		
15	- Registro do equipamento na ANVISA vigente, conforme: LEI Nº 6.360/1976.	
16	- Verificado e aprovado pelo INMETRO	
OUTRAS CONSIDERAÇÕES		
17	- Garantia de 12 (doze) meses	
18	- RDC ANVISA Nº 665/2022.	

Obs.:1. A proponente deverá preencher exclusivamente o quadro referente ao(s) lote(s) para o(s) qual(is) pretende apresentar proposta, permanecendo em branco os quadros relativos aos demais lotes.

a) Forneceremos os equipamentos em conformidade com os requisitos e normas vigentes, já prevendo encargos e/ou impostos, pelo preço global contratado;

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida Seleção de Fornecedores, expressas no Ato, Anexos, Encartes e Aviso de Convocação respectiva;

c) Temos pleno conhecimento do local onde serão entregues os equipamentos, objeto deste Ato, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;

d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução/entergado objeto deste Ato, inclusive as obrigações e/ou encargos trabalhistas com o pessoal;

e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura das propostas.

Por fim, informamos que o signatário desta proposta está devidamente autorizado e habilitado a prestar ao **IGESDF** quaisquer esclarecimentos ou informações complementaresque se façam necessários, em conformidade com as exigências do presente processo..

Eporserverdade,assinaapresentedeclaraçãosob aspenasda lei.

[Local], ____de _____de2026

_____

[NomedoRepresentanteLegal–Cargo–RG-CPF]