Outlook

**RE: Pedido de Esclarecimentos – ID Cotação: 1579081 - Edital nº 10461/2026 – Processo SEI nº 04016-00016495/2026-18**

**De** CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
**Data** Qua, 08/07/2026 12:12
**Para** Kelly Cristiane Vidoto Da Silva <kelly.vidoto@prevena.com.br>

Prezado fornecedor, boa tarde!

Conforme solicitado, a Gerência de Insumos Laboratoriais apresenta, a seguir, a resposta referente à manifestação.

**1. Quanto à possibilidade de fornecimento de corador semiautomático**

Não será aceito o fornecimento de coradores semiautomáticos.

Conforme previsto no item 2.2.1. do Elemento Técnico nº 5/2026, constitui requisito técnico da contratação o fornecimento de sistema de coloração automatizado.

A referida especificação encontra-se devidamente fundamentada no próprio Elemento Técnico, especialmente nos itens 2.3., 2.4., 2.5. e 2.6., que descrevem o perfil assistencial das unidades contempladas pela contratação, abrangendo as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os hospitais de referência (HB e HRSM). Tais unidades apresentam elevada demanda assistencial, elevado volume de exames e necessidade de continuidade operacional dos serviços laboratoriais, circunstâncias que justificam a adoção de solução automatizada, apta a assegurar maior padronização dos procedimentos, rastreabilidade, produtividade, segurança operacional e confiabilidade dos resultados.

Nesse contexto, ainda que seja alegado que equipamentos semiautomáticos sejam capazes de realizar a coloração de lâminas, tal circunstância não afasta a obrigatoriedade de atendimento integral às especificações técnicas estabelecidas no Elemento Técnico nº 5/2026, que exige, de forma expressa, sistema de coloração automatizado.

Dessa forma, permanece inalterada a exigência constante do Edital e de seu Elemento Técnico, não sendo aceita a oferta de coradores semiautomáticos.

**2. Quanto ao quantitativo estimado de lâminas para coloração**

Em relação ao quantitativo estimado de lâminas hematológicas, informa-se que o Consumo Médio Mensal (CMM) previsto para exames de hemograma é de aproximadamente 88.600 exames.

Considerando que a confecção e coloração de lâminas hematológicas correspondem, em média, a 20% a 30% dos hemogramas processados, estima-se uma demanda mensal entre 17.720 e 26.580 lâminas.

Ressalta-se que os quantitativos apresentados possuem caráter estimativo, podendo sofrer variações em função da demanda assistencial, das necessidades clínicas das unidades, bem como da ocorrência de fatores sazonais, surtos, endemias ou outras condições epidemiológicas que impactem a rotina laboratorial.

Atenciosamente,

**Marcos Carvalho**
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Insumo
✉ marcos.amaral@igesdf.org.br
IGESDF/GCOMP/NCOIN
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
☎ 61 3550-8900 R: 9113

**De:** Kelly Cristiane Vidoto Da Silva <kelly.vidoto@prevena.com.br>
**Enviado:** sexta-feira, 3 de julho de 2026 13:45
**Para:** CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>

**Cc:** Licitação Prevena <licitacao@prevena.com.br>
**Assunto:** Pedido de Esclarecimentos – ID Cotação: 1579081 - Edital nº 10461/2026 – Processo SEI nº 04016-00016495/2026-18

Prezados,

A empresa VITALAB Comércio de Produtos para Laboratórios LTDA., inscrita no CNPJ nº 08.767.786/0001-89, vem, respeitosamente, encaminhar, em anexo, Pedido de Esclarecimentos referente ao Edital nº 10461/2026, Processo SEI nº 04016-00016495/2026-18.

Os questionamentos apresentados possuem caráter técnico e visam assegurar a ampla competitividade do certame, bem como possibilitar a adequada elaboração da proposta comercial, em conformidade com as necessidades da Administração e com as tecnologias atualmente disponíveis no mercado.

Solicitamos, por gentileza, a análise e manifestação dessa Comissão nos prazos previstos no edital.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

*Atenciosamente,*

**KELLY CRISTIANE VIDOTO**
**SUPERVISORA DE LICITAÇÃO.**
0800 729-3090
kelly.doto@prevena.com.br
www.viveo.com.br

**Prevena Campinas - SP**
Rua José Pires Neto, 314
Cambuí – Campinas - SP
CEP: 13025-170

**Canal de Ética Viveo:** 0800 721 9152 | viveo@relatoconfidencial.com.br | https://relatoconfidencial.com.br/viveo
**Compliance Viveo:** www.viveo.com.br/#compliance




Aviso 1: Este e-mail pode conter informações e documentos confidenciais e/ou protegidos por lei. Se você não for o efetivo destinatário, pedimos, por favor, que desconsidere completamente o seu conteúdo e os devolva ao seu remetente e os apague imediatamente, ficando proibida a sua cópia e/ou encaminhamento para terceiros.
Aviso 2: Apesar da Viveo tomar todas as cautelas necessárias para evitar que nenhum vírus esteja presente nessa mensagem, ela não se responsabiliza por eventuais perdas ou danos eventualmente causados por esse e-mail ou seus anexos.