Ata de processo

ID:	1630788	**Criado em:**	31/08/2026 08:53
Nº do Processo:	04016-00159929/2025-92		
Status Atual:	encerrada		
Título:	SELEÇÃO DE FORNECEDORES - EDITAL N° 5784/2026 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ENGENHARIA		
Justificativa: (Descrição)	AQUISIÇÃO POR ATA		
Observação:	AQUISIÇÃO SOB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ENTREGA SOB DEMANDA E COM PRAZO DE ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO // ANEXAR: FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO - REGISTRO ANVISA - INFORMAR COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO LIFEMED LIFETOUCH		
Condições:	AQUISIÇÃO SOB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ENTREGA SOB DEMANDA E COM PRAZO DE ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO // ANEXAR: FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO - REGISTRO ANVISA - INFORMAR COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO LIFEMED LIFETOUCH		

O processo publicado teve os seguintes prazos fixados:

Início do Acolhimento das Propostas: 31/08/2026 às 09:01

Limite do Acolhimento das Propostas: 08/09/2026 às 23:55

Data da Abertura das Propostas: 08/09/2026 às 23:55

Itens do processo:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	9238	SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL	83	0,00
2	8318	CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL	114	888,93
3	9237	CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZAVEL, TIPO SERIE L, P/	159	634,45
4	9234	SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR	137	948,19
5	9240	SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED	83	0,00
6	8320	EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR	70	850,05

Fornecedores participantes:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 21.333.449/0001-41 (61) 98516-6501 alexcilenio@hotmail.com	R$ 500,00	30 dias	28/02/2027	30 ddl	CIF	

2	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 73.297.509/0001-11 (11) 96991-6360 bruno.lama@bhiosupply.com.br	R$ 3.500,00	10 dias	28/02/2027	30 ddl	CIF	
3	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 03.679.808/0002-16 (11) 96827-1466 arthuraires@bioinfinity.com.br	R$ 500,00	15 dias	28/02/2027	30 ddl	CIF	
4	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 00.838.896/0001-82 (61) 99279-7011 juliana@saobernardodf.com.br	R$ 1.000,00	30 dias	28/02/2027	30 ddl	CIF	
5	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 06.316.353/0001-81 (31) 3297-2575 vendas@dimave.com.br	R$ 250,00	30 dias	28/02/2027	28 ddl	CIF	
6	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 36.590.911/0001-63 (86) 3303-7278 Imediatadistri@gmail.com	R$ 500,00	20 dias	28/02/2027	30 ddl	CIF	
7	MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 57.370.564/0001-33 (32) 99990-7642 qualidade.medtrem@gmail.com	R$ 1.000,00	20 dias	28/02/2027	30 ddl	CIF	
8	SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 23.648.203/0001-94 (41) 99167-1024 andersonsamed@gmail.com	R$ 500,00	8 dias	28/02/2027	30 ddl	CIF	

Relatório de participação de fornecedores	Total
Fornecedores que acessaram o processo	102
Fornecedores que cadastraram propostas	8
Fornecedores categoria MEI, ME/EPP	5
Fornecedores avisados	9809

Relatório de respostas dos itens	Total
Total de itens do processo	6
Itens com propostas cadastradas	6
Itens desertos	0
Itens cancelados	0

As propostas enviadas tiveram os seguintes preços apresentados:

	Produto	Respostas

descrição do produto	respostas

1	SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 9238
Quantidade: 83.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	
ESTIMATIVA: 365,00	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 206,67	R$ 17.153,61	BHIO SUPPLY	caixa c/ 1	02ACA41LM		
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R$ 480,00	R$ 39.840,00	DIXTAL	unidade c/ 1			
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	R$ 500,00	R$ 41.500,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		REG. ANVISA: 80602030002	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 2.490.000,00	DATRIX	unidade c/ 1			

2	CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 8318
Quantidade: 114.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 22/03/2024	
Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	
Fabricante: LIFEMED	
Preço: 888,93	
JUSTIFICATIVA	
ESTIMATIVA: 185,00	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	**R$ 197,00**	R$ 22.458,00	SDM	unidade c/ 1			
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	**R$ 224,48**	R$ 25.590,72	BHIO SUPPLY	caixa c/ 1	03C5045LM		
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	**R$ 298,00**	R$ 33.972,00	BY	unidade c/ 1			
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	**R$ 320,00**	R$ 36.480,00	ALFAMED	unidade c/ 1			
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	**R$ 330,00**	R$ 37.620,00	CARE MED	unidade c/ 1	10012459		
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	**R$ 500,00**	R$ 57.000,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		REG. ANVISA: 80602030019	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 3.420.000,00	DATRIX	unidade c/ 1			

3	CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZAVEL, TIPO SERIE L, P/ - UND - Código: 9237
Quantidade: 159.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 22/03/2024	
Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	
Fabricante: LIFEMED	
Preço: 634,45	
JUSTIFICATIVA	
ESTIMATIVA: 320,08	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	**R$ 289,72**	R$ 46.065,48	BHIO SUPPLY	caixa c/ 1	0101241LM		
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	**R$ 500,00**	R$ 79.500,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		REG. ANVISA: 80602030002	
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	**R$ 520,00**	R$ 82.680,00	MAPLE	unidade c/ 1			
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 4.770.000,00	DATRIX	unidade c/ 1			

4	SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR - UND - Código: 9234
Quantidade: 137.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 22/03/2024	
Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	
Fabricante: LIFEMED	
Preço: 948,19	
JUSTIFICATIVA	
ESTIMATIVA: 282,00	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	**R$ 206,67**	R$ 28.313,79	BHIO SUPPLY	caixa c/ 1	02ASA41LM		
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	**R$ 330,00**	R$ 45.210,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1	MKAR05-DB9		
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	**R$ 500,00**	R$ 68.500,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		REG. ANVISA: 80602030002	
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	**R$ 520,00**	R$ 71.240,00	MAPLE	unidade c/ 1			
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 4.110.000,00	DATRIX	unidade c/ 1			

5	SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED - UND - Código: 9240
Quantidade: 83.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	
ESTIMATIVA: 254,10	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 206,67	R$ 17.153,61	BHIO SUPPLY	caixa c/ 1	02NYA41LM		
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	R$ 500,00	R$ 41.500,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		REG. ANVISA: 80602030002	
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R$ 680,00	R$ 56.440,00	MAPLE	unidade c/ 1			
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 2.490.000,00	DATRIX	unidade c/ 1			

6	EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR - UND - Código: 8320
Quantidade: 70.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 22/03/2024	
Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	
Fabricante: LIFEMED	
Preço: 850,05	
JUSTIFICATIVA	
ESTIMATIVA: 239,66	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	**R$ 130,00**	R$ 9.100,00	SDM	unidade c/ 1			
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	**R$ 150,14**	R$ 10.509,80	MEDLINKET	unidade c/ 1	YA25A06-10	Mangueira / Tubo Extensor para aferição da pressãoarterial não invasiva (PANI) Paciente: Uso Geral NºTubo/Via: 1 (uma) Comprimento: 2,4 (dois metros equarenta centímetros) Utilização: Reutilizável Código:YA25A06-10 Registro: 80415610027Marca/Fabricante: Med-Procedência: Importado /China Validade: 5 (cinco) anos Embalagem primária:Saco plásticoLINK DA FICHA TECNICA (FICHA TECNICA TAMBÉM ANEXADA NA COTAÇÃO DA PLATAFORMA):https://drive.google.com/uc?id=1Px3oxiWVvAZHEFy894aE2dXxVYJND8RF&export=view	
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	**R$ 157,60**	R$ 11.032,00	MAICUFF	pacote c/ 1	0RE4647		
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	**R$ 190,00**	R$ 13.300,00	BY	unidade c/ 1			
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	**R$ 375,00**	R$ 26.250,00	MAPLE	unidade c/ 1			
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	**R$ 500,00**	R$ 35.000,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		REG. ANVISA: 80602030067	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 2.100.000,00	DATRIX	unidade c/ 1			

As seguintes propostas foram desclassificadas:

	Produto	Respostas

descrição do produto	respostas

1	SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 9238

Quantidade: 83.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 365,00

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 206,67	R$ 17.153,61	BHIO SUPPLY	caixa c/ 1	02ACA41LM	A documentação apresentada indica conector do tipo Nellcor, cuja configuração de pinos não corresponde ao conector circular requerido para o equipamento. Data: 25/09/2026 09:39 Usuário: VANESSA	
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R$ 480,00	R$ 39.840,00	DIXTAL	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:15 Usuário: VITORIA	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 2.490.000,00	DATRIX	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:11 Usuário: VITORIA	

2	CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 8318

Quantidade: 114.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 22/03/2024

Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA

Fabricante: LIFEMED

Preço: 888,93

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 185,00

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	**R$ 224,48**	R$ 25.590,72	BHIO SUPPLY	caixa c/ 1	03C5045LM	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 23/09/2026 11:52 Usuário: VANESSA	
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	**R$ 298,00**	R$ 33.972,00	BY	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:16 Usuário: VITORIA	
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	**R$ 320,00**	R$ 36.480,00	ALFAMED	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:16 Usuário: VITORIA	
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	**R$ 330,00**	R$ 37.620,00	CARE MED	unidade c/ 1	10012459	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:16 Usuário: VITORIA	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 3.420.000,00	DATRIX	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:16 Usuário: VITORIA	

3 **CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZAVEL, TIPO SERIE L, P/ - UND - Código: 9237**

Quantidade: 159.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 22/03/2024

Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA

Fabricante: LIFEMED

Preço: 634,45

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 320,08

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	**R$ 289,72**	R$ 46.065,48	BHIO SUPPLY	caixa c/ 1	0101241LM	A documentação apresentada indica conector do tipo Nellcor, cuja configuração de pinos não corresponde ao conector circular requerido para o equipamento. Data: 25/09/2026 09:42 Usuário: VANESSA	
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	**R$ 500,00**	R$ 79.500,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		O item ofertado NÃO ATENDE ao solicitado, tendo em vista que o padrão de conexão apresentado não corresponde ao conector do monitor Lifemed LifeTouch L10 M. A empresa ofertou acessório com conexão do tipo Nellcor, enquanto o equipamento utiliza conector com configuração circular, caracterizando incompatibilidade física e funcional. Data: 23/09/2026 11:26 Usuário: VANESSA	
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	**R$ 520,00**	R$ 82.680,00	MAPLE	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:16 Usuário: VITORIA	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 4.770.000,00	DATRIX	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:16 Usuário: VITORIA	

4 **SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR - UND - Código: 9234**

Quantidade: 137.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 22/03/2024

Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA

Fabricante: LIFEMED

Preço: 948,19

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 282,00

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	**R$ 206,67**	R$ 28.313,79	BHIO SUPPLY	caixa c/ 1	02ASA41LM	A documentação apresentada indica conector do tipo Nellcor, cuja configuração de pinos não corresponde ao conector circular requerido para o equipamento. Data: 25/09/2026 09:43 Usuário: VANESSA	
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	**R$ 330,00**	R$ 45.210,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1	MKAR05-DB9	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:16 Usuário: VITORIA	
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	**R$ 500,00**	R$ 68.500,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		O item ofertado NÃO ATENDE ao solicitado, uma vez que o padrão de conexão apresentado não corresponde ao conector do monitor Lifemed LifeTouch L10. A empresa ofertou acessório com conexão do tipo Nellcor, enquanto o equipamento utiliza conector com configuração circular, caracterizando incompatibilidade física e funcional. Data: 23/09/2026 11:26 Usuário: VANESSA	
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	**R$ 520,00**	R$ 71.240,00	MAPLE	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:16 Usuário: VITORIA	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 4.110.000,00	DATRIX	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:16 Usuário: VITORIA	

5	SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED - UND - Código: 9240

Quantidade: 83.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 254,10

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 206,67	R$ 17.153,61	BHIO SUPPLY	caixa c/ 1	02NYA41LM	A documentação apresentada indica conector do tipo Nellcor, cuja configuração de pinos não corresponde ao conector circular requerido para o equipamento. Data: 25/09/2026 09:43 Usuário: VANESSA	
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	R$ 500,00	R$ 41.500,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		O item ofertado NÃO ATENDE ao solicitado, tendo em vista que o padrão de conexão apresentado não corresponde ao conector do monitor Lifemed LifeTouch L10 M. A empresa ofertou acessório com conexão do tipo Nellcor, enquanto o equipamento utiliza conector com configuração circular, caracterizando incompatibilidade física e funcional. Data: 23/09/2026 11:27 Usuário: VANESSA	
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R$ 680,00	R$ 56.440,00	MAPLE	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:17 Usuário: VITORIA	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 2.490.000,00	DATRIX	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:17 Usuário: VITORIA	

6	EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR - UND - Código: 8320

Quantidade: 70.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 22/03/2024

Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA

Fabricante: LIFEMED

Preço: 850,05

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 239,66

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	**R$ 150,14**	R$ 10.509,80	MEDLINKET	unidade c/ 1	YA25A06-10	A documentação apresentada informa comprimento de 2,4 metros, inferior aos 3 metros exigidos no Elemento Técnico. Dessa forma, o produto ofertado não atende à especificação de comprimento do item MV 8320. Data: 24/09/2026 11:12 Usuário: VANESSA	
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	**R$ 157,60**	R$ 11.032,00	MAICUFF	pacote c/ 1	0RE4647	O acessório apresentado é indicado como compatível com monitores Philips/Mindray, sem comprovação de compatibilidade com o monitor Lifemed Lifetouch L10. Data: 25/09/2026 09:43 Usuário: VANESSA	
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	**R$ 190,00**	R$ 13.300,00	BY	unidade c/ 1		O item ofertado NÃO ATENDE ao solicitado, uma vez que a documentação técnica apresentada indica compatibilidade com equipamentos da marca Mindray, não tendo sido comprovada sua compatibilidade com o monitor Lifemed LifeTouch L10, conforme exigido no Elemento Técnico. Data: 23/09/2026 11:30 Usuário: VANESSA	
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	**R$ 375,00**	R$ 26.250,00	MAPLE	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:17 Usuário: VITORIA	
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	**R$ 500,00**	R$ 35.000,00	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		Verificou-se que o item ofertado não se encontra contemplado no registro sanitário apresentado pela empresa. Dessa forma, diante da ausência de comprovação de sua regularização sanitária e de correspondência com o produto proposto, o item NÃO ATENDE ao solicitado. Data: 23/09/2026 11:27 Usuário: VANESSA	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00	R$ 2.100.000,00	DATRIX	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado. Data: 14/09/2026 10:17 Usuário: VITORIA	

Justificativa / Motivo

SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED - UND - Código: 9240			
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
23/09/2026 11:25	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Após a abertura de diligência, não foi apresentada documentação complementar com informações suficientes para a identificação precisa dos produtos ofertados, especialmente quanto aos respectivos códigos e referências, impossibilitando a verificação de sua compatibilidade com as especificações técnicas. Dessa forma, a cotação fica desclassificada por impossibilidade de conclusão da análise técnica.	Desclassificado
23/09/2026 11:44	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Informa-se que o fornecedor foi novamente classificado, em razão da abertura de diligência, com prazo para apresentação da documentação até o dia 25/09, às 17h.	Classificado
25/09/2026 09:43	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	A documentação apresentada indica conector do tipo Nellcor, cuja configuração de pinos não corresponde ao conector circular requerido para o equipamento.	Desclassificado
SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 9238			
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
23/09/2026 11:24	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Após a abertura de diligência, não foi apresentada documentação complementar com informações suficientes para a identificação precisa dos produtos ofertados, especialmente quanto aos respectivos códigos e referências, impossibilitando a verificação de sua compatibilidade com as especificações técnicas. Dessa forma, a cotação fica desclassificada por impossibilidade de conclusão da análise técnica.	Desclassificado
23/09/2026 11:43	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Informa-se que o fornecedor foi novamente classificado, em razão da abertura de diligência, com prazo para apresentação da documentação até o dia 25/09, às 17h.	Classificado
25/09/2026 09:39	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	A documentação apresentada indica conector do tipo Nellcor, cuja configuração de pinos não corresponde ao conector circular requerido para o equipamento.	Desclassificado
SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR - UND - Código: 9234			
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
14/09/2026 10:16	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado
SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED - UND - Código: 9240			
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
14/09/2026 10:17	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado
SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 9238			
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
14/09/2026 10:11	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado
CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZAVEL, TIPO SERIE L, P/ - UND - Código: 9237			
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
23/09/2026 11:24	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Após a abertura de diligência, não foi apresentada documentação complementar com informações suficientes para a identificação precisa dos produtos ofertados, especialmente quanto aos respectivos códigos e referências, impossibilitando a verificação de sua compatibilidade com as especificações técnicas. Dessa forma, a cotação fica desclassificada por impossibilidade de conclusão da análise técnica.	Desclassificado
23/09/2026 11:43	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Informa-se que o fornecedor foi novamente classificado, em razão da abertura de diligência, com prazo para apresentação da documentação até o dia 25/09, às 17h.	Classificado

25/09/2026 09:42	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	A documentação apresentada indica conector do tipo Nellcor, cuja configuração de pinos não corresponde ao conector circular requerido para o equipamento.	Desclassificado

EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR - UND - Código: 8320

BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
23/09/2026 11:25	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Após a abertura de diligência, não foi apresentada documentação complementar com informações suficientes para a identificação precisa dos produtos ofertados, especialmente quanto aos respectivos códigos e referências, impossibilitando a verificação de sua compatibilidade com as especificações técnicas. Dessa forma, a cotação fica desclassificada por impossibilidade de conclusão da análise técnica.	Desclassificado
23/09/2026 11:44	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Informa-se que o fornecedor foi novamente classificado, em razão da abertura de diligência, com prazo para apresentação da documentação até o dia 25/09, às 17h.	Classificado
25/09/2026 09:43	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	O acessório apresentado é indicado como compatível com monitores Philips/Mindray, sem comprovação de compatibilidade com o monitor Lifemed Lifetouch L10.	Desclassificado

EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR - UND - Código: 8320

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
23/09/2026 11:30	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	O item ofertado NÃO ATENDE ao solicitado, uma vez que a documentação técnica apresentada indica compatibilidade com equipamentos da marca Mindray, não tendo sido comprovada sua compatibilidade com o monitor Lifemed LifeTouch L10, conforme exigido no Elemento Técnico.	Desclassificado

SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR - UND - Código: 9234

MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:16	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 8318

IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:16	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZAVEL, TIPO SERIE L, P/ - UND - Código: 9237

MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:16	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR - UND - Código: 8320

MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:17	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR - UND - Código: 9234

BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
23/09/2026 11:25	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Após a abertura de diligência, não foi apresentada documentação complementar com informações suficientes para a identificação precisa dos produtos ofertados, especialmente quanto aos respectivos códigos e referências, impossibilitando a verificação de sua compatibilidade com as especificações técnicas. Dessa forma, a cotação fica desclassificada por impossibilidade de conclusão da análise técnica.	Desclassificado

23/09/2026 11:43	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Informa-se que o fornecedor foi novamente classificado, em razão da abertura de diligência, com prazo para apresentação da documentação até o dia 25/09, às 17h.	Classificado
25/09/2026 09:43	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	A documentação apresentada indica conector do tipo Nellcor, cuja configuração de pinos não corresponde ao conector circular requerido para o equipamento.	Desclassificado

CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 8318

BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:16	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado
23/09/2026 11:43	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Informa-se que o fornecedor foi novamente classificado, em razão da abertura de diligência, com prazo para apresentação da documentação até o dia 25/09, às 17h.	Classificado
23/09/2026 11:52	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZAVEL, TIPO SERIE L, P/ - UND - Código: 9237

AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
23/09/2026 11:26	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	O item ofertado NÃO ATENDE ao solicitado, tendo em vista que o padrão de conexão apresentado não corresponde ao conector do monitor Lifemed LifeTouch L10 M. A empresa ofertou acessório com conexão do tipo Nellcor, enquanto o equipamento utiliza conector com configuração circular, caracterizando incompatibilidade física e funcional.	Desclassificado

EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR - UND - Código: 8320

IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:17	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR - UND - Código: 8320

AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
23/09/2026 11:27	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	Verificou-se que o item ofertado não se encontra contemplado no registro sanitário apresentado pela empresa. Dessa forma, diante da ausência de comprovação de sua regularização sanitária e de correspondência com o produto proposto, o item NÃO ATENDE ao solicitado.	Desclassificado

CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZAVEL, TIPO SERIE L, P/ - UND - Código: 9237

IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:16	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 8318

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:16	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR - UND - Código: 9234

IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:16	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 8318

MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:16	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR - UND - Código: 9234

AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
23/09/2026 11:26	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	O item ofertado NÃO ATENDE ao solicitado, uma vez que o padrão de conexão apresentado não corresponde ao conector do monitor Lifemed LifeTouch L10. A empresa ofertou acessório com conexão do tipo Nellcor, enquanto o equipamento utiliza conector com configuração circular, caracterizando incompatibilidade física e funcional.	Desclassificado

SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED - UND - Código: 9240

AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
23/09/2026 11:27	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	O item ofertado NÃO ATENDE ao solicitado, tendo em vista que o padrão de conexão apresentado não corresponde ao conector do monitor Lifemed LifeTouch L10 M. A empresa ofertou acessório com conexão do tipo Nellcor, enquanto o equipamento utiliza conector com configuração circular, caracterizando incompatibilidade física e funcional.	Desclassificado

SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 9238

IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:15	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED - UND - Código: 9240

IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:17	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 8318

CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
14/09/2026 10:16	VITORIA BANDEIRA	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.14 do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior aos praticados no mercado.	Desclassificado

EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR - UND - Código: 8320

DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/09/2026 11:12	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	A documentação apresentada informa comprimento de 2,4 metros, inferior aos 3 metros exigidos no Elemento Técnico. Dessa forma, o produto ofertado não atende à especificação de comprimento do item MV 8320.	Desclassificado

Avaliação técnica:

Lista de avaliações técnicas:

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
Nenhum registro.						

Alçada técnica por item:

	Produto	Código
01	SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL	9238

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
VITORIA BANDEIRA	16/09/2026 10:00	Conforme o que preconiza o item 2.6.1 do Edital, solicita-se parecer técnico das propostas recebidas. Ressalta-se, que em caso de reprovação a área deverá justificar minuciosamente o motivo da decisão.	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	As avaliações foram devidamente realizadas, em estrita conformidade com as disposições estabelecidas no Edital5784/2026.	Aprovado	25/09/2026 09:48

	Produto	Código
02	CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL	8318

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
VITORIA BANDEIRA	16/09/2026 10:00	Conforme o que preconiza o item 2.6.1 do Edital, solicita-se parecer técnico das propostas recebidas. Ressalta-se, que em caso de reprovação a área deverá justificar minuciosamente o motivo da decisão.	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	As avaliações foram devidamente realizadas, em estrita conformidade com as disposições estabelecidas no Edital5784/2026.	Aprovado	25/09/2026 09:49

	Produto	Código
03	CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZAVEL, TIPO SERIE L, P/	9237

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
VITORIA BANDEIRA	16/09/2026 10:00	Conforme o que preconiza o item 2.6.1 do Edital, solicita-se parecer técnico das propostas recebidas. Ressalta-se, que em caso de reprovação a área deverá justificar minuciosamente o motivo da decisão.	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	As avaliações foram devidamente realizadas, em estrita conformidade com as disposições estabelecidas no Edital5784/2026.	Reprovado	25/09/2026 09:51

	Produto	Código
04	SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR	9234

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
VITORIA BANDEIRA	16/09/2026 10:00	Conforme o que preconiza o item 2.6.1 do Edital, solicita-se parecer técnico das propostas recebidas. Ressalta-se, que em caso de reprovação a área deverá justificar minuciosamente o motivo da decisão.	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	As avaliações foram devidamente realizadas, em estrita conformidade com as disposições estabelecidas no Edital5784/2026.	Reprovado	25/09/2026 09:51

	Produto	Código
05	SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED	9240

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
VITORIA BANDEIRA	16/09/2026 10:00	Conforme o que preconiza o item 2.6.1 do Edital, solicita-se parecer técnico das propostas recebidas. Ressalta-se, que em caso de reprovação a área deverá justificar minuciosamente o motivo da decisão.	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	As avaliações foram devidamente realizadas, em estrita conformidade com as disposições estabelecidas no Edital5784/2026.	Reprovado	25/09/2026 09:58

	Produto	Código
06	EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR	8320

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
VITORIA BANDEIRA	16/09/2026 10:00	Conforme o que preconiza o item 2.6.1 do Edital, solicita-se parecer técnico das propostas recebidas. Ressalta-se, que em caso de reprovação a área deverá justificar minuciosamente o motivo da decisão.	VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA	As avaliações foram devidamente realizadas, em estrita conformidade com as disposições estabelecidas no Edital5784/2026.	Aprovado	25/09/2026 09:58

Negociações:

SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
Dados do fornecedor			
CNPJ:	23.648.203/0001-94	**I.E.:**	
Telefone:	(41) 99167-1024	**Email do Fornecedor:**	andersonsamed@gmail.com
Responsável:	Anderson	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(41) 99167-1024		
Dados da cotação			
Validade da proposta:	28/02/2027	**Prazo de entrega:**	8 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
liberado em 10/09/2026 10:49:17 por: VITORIA.BANDEIRA - bloqueado em 11/09/2026 23:55:59 por: script			

CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL Quantidade: 114 UNDS - cód: 8318			
Histórico	**Preço unitário**	**Data de alteração**	**Usuário de alteração**
Resposta Original	R$ 197,00	08/09/2026 09:53:18	Anderson José (andersonsamed@gmail.com)
Alteração 1	R$ 185,00	10/09/2026 12:16:22	Anderson José (andersonsamed@gmail.com)
TOTAL NEGOCIADO PRODUTO		**R$ 12,00 (6,09%)**	

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR	
Total	**R$ 1.368,00 (6,09%)**

AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Dados do fornecedor			
CNPJ:	21.333.449/0001-41	**I.E.:**	0801077600192
Telefone:	(61) 98516-6501	**Email do Fornecedor:**	alexcilenio@hotmail.com
Responsável:	Vendas Agw Comex	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 3972-4005		
Dados da cotação			
Validade da proposta:	28/02/2027	**Prazo de entrega:**	30 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

liberado em 10/09/2026 10:49:17 por: VITORIA.BANDEIRA - bloqueado em 11/09/2026 23:55:59 por: script

SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL
Quantidade: 83 UNDS - cód: 9238

Histórico	Preço unitário	Data de alteração	Usuário de alteração
Resposta Original	R$ 500,00	08/09/2026 13:36:33	ALEXCILENIO (contato@agwcomex.com.br)
Alteração 1	R$ 205,57	10/09/2026 11:23:57	ALEXCILENIO (contato@agwcomex.com.br)
	TOTAL NEGOCIADO PRODUTO	**R$ 294,43 (58,89%)**	

CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL
Quantidade: 114 UNDS - cód: 8318

Histórico	Preço unitário	Data de alteração	Usuário de alteração
Resposta Original	R$ 500,00	08/09/2026 13:36:33	ALEXCILENIO (contato@agwcomex.com.br)
Alteração 1	R$ 177,70	10/09/2026 11:24:41	ALEXCILENIO (contato@agwcomex.com.br)
	TOTAL NEGOCIADO PRODUTO	**R$ 322,30 (64,46%)**	

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR

Total	**R$ 61.179,89 (61,67%)**

TOTAIS (somente itens negociados)

Total que seria comprado antes da negociação (somente itens negociados)	**R$ 98.500,00**
Total Negociado Pedido de Cotação	**R$ 61.179,89 (62,11%)**
Total comprado após a negociação de preços (somente itens negociados)	**R$ 37.320,11**

TOTAIS (todos itens)

Total que seria comprado antes da negociação (todos itens)	**R$ 61.179,89**
Total comprado após a negociação de preços (todos itens)	**R$ 0,00**
Total Negociado Pedido de Cotação	**R$ 61.179,89 (100,00%)**
Total comprado	**R$ 0,00**

Conversas Apoio Zapp:

1 — DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP

Dados do fornecedor

CNPJ:	06.316.353/0001-81	**I.E.:**	622079090088
Telefone:	(31) 3297-2575	**Email do Fornecedor:**	vendas@dimave.com.br
Responsável:	Luan Mendes	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(31) 3297-2575		

Dados da cotação

Validade da proposta:	28/02/2027	**Prazo de entrega:**	30 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 250,00	**Condições de pagamento:**	28 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 4.1 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-5784-2026-aquisicao-de-acessorios-de-engenharia/	10/09/2026 10:36	10/09/2026 11:08
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Período de negociação: até às 23h55 do dia 11/09/2026.	10/09/2026 10:36	10/09/2026 11:08
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado e/ou o valor estimado dos itens, e que os mesmos devem ser utilizados como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	10/09/2026 10:37	10/09/2026 11:08
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 3.1.17 do Edital, está aberto o prazo de 1 dia (até às 23h55 do dia 15/09) para atualização e/ou complementação dos documentos de habilitação exigidos. Verifiquem a habilitação e façam os ajustes, caso necessário.	14/09/2026 11:00	15/09/2026 07:53

2 — BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	73.297.509/0001-11	**I.E.:**	0430061668
Telefone:	(11) 96991-6360	**Email do Fornecedor:**	bruno.lama@bhiosupply.com.br
Responsável:	Bruno Lama	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(11) 96991-6360		

Dados da cotação

Validade da proposta:	28/02/2027	**Prazo de entrega:**	10 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 3.500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 4.1 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-5784-2026-aquisicao-de-acessorios-de-engenharia/	10/09/2026 10:36	
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Período de negociação: até às 23h55 do dia 11/09/2026.	10/09/2026 10:36	
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado e/ou o valor estimado dos itens, e que os mesmos devem ser utilizados como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	10/09/2026 10:37	
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 3.1.17 do Edital, está aberto o prazo de 1 dia (até às 23h55 do dia 15/09) para atualização e/ou complementação dos documentos de habilitação exigidos. Verifiquem a habilitação e façam os ajustes, caso necessário.	14/09/2026 11:00	
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Geral A8 Dito isto, informamos que foi constatada a ausência do(s) seguinte(s) documento(s) obrigatório(s) em sua documentação de habilitação:	14/09/2026 11:01	
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	3.2.1.1 - Habilitação Jurídica: d) Licença de Funcionamento ou Alvará de Localização. (Atualizado) e 3.2.1.2 - Habilitação Técnica: a) Licença Sanitária Estadual/Municipal/Distrital, vigente;	14/09/2026 11:02	

VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! A pedido do setor técnico, foi aberto diligência para complementação da documentação com informações técnicas suficientes para a identificação precisa dos produtos ofertados, especialmente quanto aos respectivos códigos e referências. Solicita-se a apresentação de forma clara e individualizada, os códigos dos itens ofertados, possibilitando a verificação de sua compatibilidade e a conclusão da análise técnica.	22/09/2026 09:50	
VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL - UND - código: 9238	23/09/2026 11:00	
VANESSA MARCIA FARIAS PEREIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia, prezado! Solicita-se o envio da documentação solicitada até o dia 25/09, às 17h, para prosseguimento da análise.	23/09/2026 11:41	

3

SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Dados do fornecedor

CNPJ:	23.648.203/0001-94	**I.E.:**	
Telefone:	(41) 99167-1024	**Email do Fornecedor:**	andersonsamed@gmail.com
Responsável:	Anderson	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(41) 99167-1024		

Dados da cotação

Validade da proposta:	28/02/2027	**Prazo de entrega:**	8 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 4.1 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-5784-2026-aquisicao-de-acessorios-de-engenharia/	10/09/2026 10:36	10/09/2026 18:08
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Período de negociação: até às 23h55 do dia 11/09/2026.	10/09/2026 10:36	10/09/2026 18:08
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado e/ou o valor estimado dos itens, e que os mesmos devem ser utilizados como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	10/09/2026 10:37	10/09/2026 18:08
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 3.1.17 do Edital, está aberto o prazo de 1 dia (até às 23h55 do dia 15/09) para atualização e/ou complementação dos documentos de habilitação exigidos. Verifiquem a habilitação e façam os ajustes, caso necessário.	14/09/2026 11:00	15/09/2026 08:09
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, considerando o disposto no item 12.4 do Edital, que estabelece que a condição de pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, solicitamos o retorno quanto à possibilidade de cumprimento das condições estabelecidas no Edital.	25/09/2026 11:05	25/09/2026 14:23

4

AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	21.333.449/0001-41	**I.E.:**	0801077600192
Telefone:	(61) 98516-6501	**Email do Fornecedor:**	alexcilenio@hotmail.com
Responsável:	Vendas Agw Comex	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 3972-4005		

Dados da cotação

Validade da proposta:	28/02/2027	**Prazo de entrega:**	30 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 4.1 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-5784-2026-aquisicao-de-acessorios-de-engenharia/	10/09/2026 10:36	10/09/2026 10:56

VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Período de negociação: até às 23h55 do dia 11/09/2026.	10/09/2026 10:36	10/09/2026 10:56
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado e/ou o valor estimado dos itens, e que os mesmos devem ser utilizados como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	10/09/2026 10:37	10/09/2026 10:56
JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 05: SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED - UND - código: 9240	10/09/2026 14:10	10/09/2026 14:31
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 3.1.17 do Edital, está aberto o prazo de 1 dia (até às 23h55 do dia 15/09) para atualização e/ou complementação dos documentos de habilitação exigidos. Verifiquem a habilitação e façam os ajustes, caso necessário.	14/09/2026 11:00	14/09/2026 12:14

5

CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	00.838.896/0001-82	**I.E.:**	0731322300171
Telefone:	(61) 99279-7011	**Email do Fornecedor:**	juliana@saobernardodf.com.br
Responsável:	Lucca	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 99102-0727		

Dados da cotação

Validade da proposta:	28/02/2027	**Prazo de entrega:**	30 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 4.1 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-5784-2026-aquisicao-de-acessorios-de-engenharia/	10/09/2026 10:36	10/09/2026 13:53
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Período de negociação: até às 23h55 do dia 11/09/2026.	10/09/2026 10:36	10/09/2026 13:53
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado e/ou o valor estimado dos itens, e que os mesmos devem ser utilizados como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	10/09/2026 10:37	10/09/2026 13:53

6

IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	36.590.911/0001-63	**I.E.:**	196640601
Telefone:	(86) 3303-7278	**Email do Fornecedor:**	Imediatadistri@gmail.com
Responsável:	Imediata Distribuidora	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(86) 3303-7278		

Dados da cotação

Validade da proposta:	28/02/2027	**Prazo de entrega:**	20 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 4.1 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-5784-2026-aquisicao-de-acessorios-de-engenharia/	10/09/2026 10:36	10/09/2026 16:03
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Período de negociação: até às 23h55 do dia 11/09/2026.	10/09/2026 10:36	10/09/2026 16:03
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado e/ou o valor estimado dos itens, e que os mesmos devem ser utilizados como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	10/09/2026 10:37	10/09/2026 16:03

7	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	03.679.808/0002-16	**I.E.:**	262067013
	Telefone:	(11) 96827-1466	**Email do Fornecedor:**	arthuraires@bioinfinity.com.br
	Responsável:	Matheus	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(11) 3647-9575		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	28/02/2027	**Prazo de entrega:**	15 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 4.1 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-5784-2026-aquisicao-de-acessorios-de-engenharia/	10/09/2026 10:36	10/09/2026 10:37
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Período de negociação: até às 23h55 do dia 11/09/2026.	10/09/2026 10:36	10/09/2026 10:37
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado e/ou o valor estimado dos itens, e que os mesmos devem ser utilizados como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	10/09/2026 10:37	10/09/2026 10:37
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 3.1.17 do Edital, está aberto o prazo de 1 dia (até às 23h55 do dia 15/09) para atualização e/ou complementação dos documentos de habilitação exigidos. Verifiquem a habilitação e façam os ajustes, caso necessário.	14/09/2026 11:00	14/09/2026 11:42

8	MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	57.370.564/0001-33	**I.E.:**	004998564.00-55
	Telefone:	(32) 99990-7642	**Email do Fornecedor:**	qualidade.medtrem@gmail.com
	Responsável:	Franciele Valverde	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(32) 99804-8940		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	28/02/2027	**Prazo de entrega:**	20 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia! Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 4.1 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-5784-2026-aquisicao-de-acessorios-de-engenharia/	10/09/2026 10:36	10/09/2026 11:03
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Período de negociação: até às 23h55 do dia 11/09/2026.	10/09/2026 10:36	10/09/2026 11:03
VITORIA BANDEIRA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado e/ou o valor estimado dos itens, e que os mesmos devem ser utilizados como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	10/09/2026 10:37	10/09/2026 11:03

Após negociação, temos como valores finais apresentados:

	Produto	Respostas

descrição do produto	respostas

1 SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 9238

Quantidade: 83.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 365,00

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	R$ 205,57	R$ 17.062,31	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		REG. ANVISA: 80602030002	

2 CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL - UND - Código: 8318

Quantidade: 114.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 22/03/2024

Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA

Fabricante: LIFEMED

Preço: 888,93

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 185,00

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	**R$ 177,70**	R$ 20.257,80	MASTER MEDIKAL	unidade c/ 1		REG. ANVISA: 80602030019	
SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	**R$ 185,00**	R$ 21.090,00	SDM	unidade c/ 1			

3 CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZAVEL, TIPO SERIE L, P/ - UND - Código: 9237

Quantidade: 159.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 22/03/2024

Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA

Fabricante: LIFEMED

Preço: 634,45

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 320,08

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa

Não houve resposta para este produto

4 SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR - UND - Código: 9234

Quantidade: 137.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 22/03/2024

Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA

Fabricante: LIFEMED

Preço: 948,19

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 282,00

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa

Não houve resposta para este produto

5 SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED - UND - Código: 9240

Quantidade: 83.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 254,10

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa

Não houve resposta para este produto

6 EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR - UND - Código: 8320

Quantidade: 70.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 22/03/2024

Fornecedor: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA

Fabricante: LIFEMED

Preço: 850,05

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA: 239,66

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	**R$ 130,00**	R$ 9.100,00	SDM	unidade c/ 1			

Itens fracassados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
3	9237	CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZAVEL, TIPO SERIE L, P/	159	634,45
4	9234	SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR	137	948,19
5	9240	SENSOR DE SPO2 - NEONATAL - REUTILIZÁVEL P/ MONITOR LIFEMED	83	0,00

Itens desertos:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens cancelados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens selecionados:

	Código - Descrição	Fornecedor	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
1	9238 - SENSOR DE SPO2 - PEDIÁTRICO - REUTILIZÁVEL	AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	83 UNDS	R$ 205,57	R$ 17.062,31
2	8318 - CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL	AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	114 UNDS	R$ 177,70	R$ 20.257,80
Subtotal					R$ 37.320,11

6	8320 - EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR	SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70 UNDS	R$ 130,00	R$ 9.100,00
Subtotal					R$ 9.100,00

Total	R$ 46.420,11