Outlook

RE: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

De CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Data Seg, 14/09/2026 09:36
Para Isaias Santos <isaias.santos@bbraun.com>
Cc narjara.bravin@bbraun.com <narjara.bravin@bbraun.com>; lidson.carvalho@bbraun.com <lidson.carvalho@bbraun.com>; suporteaocliente@bbraun.com <suporteaocliente@bbraun.com>; vendasdigitais.br@bbraun.com <vendasdigitais.br@bbraun.com>; vanessa.paula@bbraun.br <vanessa.paula@bbraun.br>

Prezados,

Em continuidade à diligência anteriormente encaminhada no âmbito do Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31, referente à Solicitação de Compras nº 11426/2026 – Materiais Médico-Hospitalares (Equipos) com Bomba de Infusão em Comodato, encaminham-se, conforme solicitação da Gerência de Engenharia Clínica, os pontos que permanecem para complementação na proposta da B. Braun – modelo Infusomat compactplus, após análise da documentação apresentada em resposta à diligência anterior:

- **Item 5 – Calibração/validação de fábrica**
  Solicita-se complementar a comprovação quanto à calibração e/ou validação de fábrica do equipamento.

- **Item 11 – Memória de eventos**
  Solicita-se esclarecer quanto à impossibilidade de alteração dos registros armazenados pelo operador assistencial comum.

- **Item 13.e – Tempo decorrido de infusão**
  A documentação apresentada demonstra informação em contagem regressiva/tempo remanescente. Solicita-se esclarecer se o equipamento também dispõe de apresentação de tempo decorrido de infusão.

- **Item 13.h – Volume total armazenado / balanço hídrico**
  Solicita-se complementar a comprovação quanto à disponibilização do volume total armazenado / balanço hídrico.

- **Item 14.c – Tempo total e/ou decorrido simultaneamente**
  Solicita-se esclarecer se o equipamento dispõe de apresentação de tempo total e/ou decorrido simultaneamente na tela.

- **Item 17 – Registro vigente ANVISA**
  Solicita-se confirmar formalmente o registro ANVISA correspondente ao modelo ofertado, considerando a divergência identificada entre o registro informado na resposta anterior (**80136990889**) e a documentação anexada, que identifica o registro **80136990902 para a Infusomat compactplus** e o registro **80136990889 para a Perfusor compactplus**.

- **Item 18.k.i – Oclusão distal/proximal + silenciamento**
  Solicita-se complementar a comprovação quanto à detecção de oclusão distal/proximal e ao respectivo silenciamento.

- **Item 18.k.ii – Dose/taxa/bolus acima dos limites da biblioteca**
  Solicita-se complementar a comprovação quanto à detecção e bloqueio de dose/taxa/bolus acima dos limites da biblioteca, bem como quanto ao silenciamento temporário.

- **Item 18.k.iii – Infusão completa + silenciamento**
  Solicita-se complementar a comprovação quanto ao silenciamento do alerta de infusão completa.

Para os itens acima, solicita-se que as respostas sejam acompanhadas da documentação técnica oficial pertinente, com indicação da página do manual e/ou evidência da interface do equipamento.

A manifestação deverá ser encaminhada em resposta a este e-mail, impreterivelmente até 15/09/2026.

Atenciosamente,
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Insumos
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF
(61) 3550-8900

De: Isaias Santos <isaias.santos@bbraun.com>
Enviado: terça-feira, 8 de setembro de 2026 15:55
Para: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Cc: Lidson Araujo <lidson.carvalho@bbraun.com>; Narjara Bravin <narjara.bravin@bbraun.com>
Assunto: RE: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Boa tarde,

Conforme solicitado segue resposta da Diligência e nosso manual técnico corroborando com o que foi solicitado.

Atenciosamente,

Isaias Santos

Especialista em Vendas Publicas
Telefone: (21) 2602-3223
E-mail: isaias.santos@bbraun.com

Grupo B. Braun
Gerência Operação de Vendas
Vendas Públicas
Laboratórios B Braun S.A.
BBRAUN
Av. Eugênio Borges, 1092 - Arsenal
São Gonçalo – RJ | Brasil
CEP 24751-000

Central de Relacionamento: 0800 227 286 (opção 2)
E-mail: suporteaocliente@bbraun.com
www.bbraun.com.br
www.facebook.com/bbraunbrasil

_____

Como um verdadeiro parceiro, desenvolvemos soluções inteligentes e definimos padrões para impulsionar avanços na área da saúde.

B. Braun - Sharing Expertise

De: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Enviadas: Quinta-feira, 03 de Setembro de 2026 17:15
Para: Vendas_Digitais_BR <vendasdigitais.br@bbraun.com>
Cc: Lidson Araujo <lidson.carvalho@bbraun.com>; Isaias Santos <isaias.santos@bbraun.com>;

Outlook

RE: Diligência - Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

De CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Data Seg, 14/09/2026 09:14
Para fernanda.guedes@lifemed.com.br <fernanda.guedes@lifemed.com.br>; heloise.banares@lifemed.com.br <heloise.banares@lifemed.com.br>

Prezados,

Em continuidade à diligência anteriormente encaminhada no âmbito do Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31, referente à Solicitação de Compras nº 11426/2026 – Materiais Médico-Hospitalares (Equipos) com Bomba de Infusão em Comodato, encaminha-se, conforme solicitação da Gerência de Engenharia Clínica, os pontos que permanecem para complementação na proposta da Lifemed – modelo V-LINK PRO, após análise da documentação apresentada em resposta à diligência anterior:

- **Item 13.e** – Tempo decorrido de infusão
  Foi apresentada a informação de “tempo remanescente da terapia”/“tempo restante”.
  Solicita-se esclarecer se o equipamento também permite a visualização do tempo decorrido e/ou tempo total da infusão, com a respectiva comprovação técnica.

- **Item 14.c** – Tempo total e/ou decorrido simultaneamente
  Solicita-se esclarecer se o equipamento possibilita a apresentação simultânea do tempo total e/ou decorrido da infusão, juntamente aos demais parâmetros previstos na especificação.

- **Item 18.b** – Volume micro/macro
  Solicita-se comprovar o atendimento às faixas de programação e respectivos incrementos previstos para os modos micro e macro, especificamente para o modelo V-LINK PRO ofertado.

- **Item 18.k.ii** – Limites da biblioteca de medicamentos
  Solicita-se esclarecer se o equipamento identifica e sinaliza especificamente situações em que dose, taxa ou bolus ultrapassem os limites configurados na biblioteca de medicamentos.

Para os itens acima, solicita-se que as respostas sejam acompanhadas da documentação técnica oficial pertinente, com indicação da página do manual e/ou evidência da interface do equipamento.

A manifestação deverá ser encaminhada em resposta a este e-mail, impreterivelmente até 15/09/2026.

Atenciosamente,

Analista de Compras
Núcleo de Compras de Insumos
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
(61) 3550-8900

De: Fernanda Guedes <fernanda.guedes@lifemed.com.br>
Enviado: sexta-feira, 4 de setembro de 2026 14:28
Para: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>

Outlook

RE: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

De CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Data Seg, 14/09/2026 09:44
Para Rafaela ROCHA <rafaela.rocha@samtronic.com.br>
Cc Tatiane MOLEZIM <tatiane.molezim@samtronic.com.br>; Aline NASCIMENTO <aline.nascimento@samtronic.com.br>; Setor.Licitacao.SP <Setor.Licitacao.SP@samtronic.com.br>; marcos@micromedicalsaude.com.br <marcos@micromedicalsaude.com.br>

Prezados,

Em continuidade à diligência anteriormente encaminhada no âmbito do Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31, referente à Solicitação de Compras nº 11426/2026 – Materiais Médico-Hospitalares (Equipos) com Bomba de Infusão em Comodato, encaminham-se, conforme solicitação da Gerência de Engenharia Clínica, os pontos que permanecem para complementação na proposta da Samtronic – modelo ICATU S 4.0 INTELLI Wi-Fi, após análise da documentação apresentada em resposta à diligência anterior:

- **Item 11** – Memória ≥ 1.000 eventos e impossibilidade de alteração
  Solicita-se apresentar confirmação expressa de que os registros armazenados não podem ser alterados ou excluídos pelo operador assistencial comum.

- **Item 18.b** – Volume micro/macro
  Solicita-se esclarecer o atendimento integral às faixas e aos incrementos estabelecidos para os modos micro e macro pelo modelo especificamente ofertado, considerando que o Manual do Usuário apresenta distinções entre os modelos integrantes da família ICATU 4.0.

- **Item 18.k.ii** – Dose/taxa/bolus acima dos limites da biblioteca
  Solicita-se confirmar objetivamente a disponibilidade de silenciamento temporário para os eventos de dosagem incorreta.

- **Item 18.k.iv** – KVO + silenciamento
  Solicita-se confirmar objetivamente a disponibilidade de silenciamento temporário para os eventos relacionados ao funcionamento em KVO.

- **Item 18.k.v** – Bateria baixa + silenciamento
  Solicita-se confirmar objetivamente a disponibilidade de silenciamento temporário para os eventos relacionados ao nível baixo de carga da bateria.

Para os itens acima, solicita-se que as respostas sejam acompanhadas da documentação técnica oficial pertinente, com indicação da página do manual e/ou evidência da interface do equipamento.

A manifestação deverá ser encaminhada em resposta a este e-mail, impreterivelmente até 15/09/2026.

Para processos futuros, quanto à atualização dos endereços de e-mail, sugere-se que a empresa realize a alteração diretamente na plataforma Apoio Cotações, tendo em vista que este Núcleo não possui acesso para retificação dos dados cadastrais dos fornecedores na referida plataforma.

Atenciosamente,
Núcleo de Compras de Insumos
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF
(61) 3550-8900