Outlook

RE: Solicitação de Esclarecimentos EDITAL Nº 10002/2026 PROCESSO SEI Nº 04016-00005916/2026-85

De CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Data Qui, 01/10/2026 15:46
Para Marcos Campos <ger.comercial@diaglabdf.com.br>; licitacao@diaglabdf.com.br <licitacao@diaglabdf.com.br>; guilherme@diaglabdf.com.br <guilherme@diaglabdf.com.br>

Prezado(a), boa tarde.
Em resposta ao pedido de esclarecimento, segue o retorno da área técnica:

> *Em atenção ao Despacho nº 215711084 que encaminha o pedido de esclarecimento da empresa DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO (215710759), referente ao Edital nº 10002/2026 (214884888), a GEIL, em conjunto com a área técnica laboratorial do IGESDF, esclarece que não será admitida a oferta de reagente de marca distinta da dos equipamentos para o item 30 (Vancomicina), ainda que homologado pelo fabricante do equipamento.*
>
> *O subitem 2.2.3 do Edital veda a utilização de reagentes ou insumos de fabricantes distintos, e o item 10.3.1 do Elemento Técnico (Anexo I) exige que a proposta declare que reagentes e equipamentos são da mesma marca/fabricante. A exigência não indica marca, mas assegura responsabilidade técnica única sobre o desempenho do sistema analítico, abrangendo calibração, rastreabilidade dos resultados, suporte técnico e investigação de falhas, conforme o subitem 2.2.4 do Edital. A homologação de reagente de terceiro pelo fabricante do equipamento não supre essa condição, pois divide entre fabricantes distintos a responsabilidade pelo desempenho analítico.*
>
> *Fica mantida, portanto, a exigência de reagentes da mesma marca/fabricante dos equipamentos para todos os itens do Lote Único.*

Destaca-se, ainda, que o processo e os documentos nele inseridos encontram-se disponibilizados para consulta no site oficial do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Em caso de dúvidas, permaneço à disposição.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fernanda Srdic
Analista de Compras
✉ fernanda.srdic@igesdf.org.br
✉ compras.materiais@igesdf.org.br
☎ 61 3550-8900 Ramal: 9113

De: Marcos Campos <ger.comercial@diaglabdf.com.br>
Enviado: terça-feira, 29 de setembro de 2026 15:59
Para: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Cc: 'guilherme' <guilherme@diaglabdf.com.br>; 'Diaglab Mateus' <licitacao@diaglabdf.com.br>
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos EDITAL Nº 10002/2026 PROCESSO SEI Nº 04016-00005916/2026-85

Prezados Senhores,

Vimos através deste, apresentar nosso pedido de esclarecimentos em relação ao edital acima mencionado conforme abaixo:

Nosso pedido de esclarecimento refere-se ao item 2.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AQUISIÇÃO do presente edital, sub item 2.2.3. Os reagentes deverão ser de uso dedicado e exclusivo aos equipamentos automatizados fornecidos pela contratada, da mesma marca, não sendo admitida a utilização de reagentes ou insumos de fabricantes distintos, de

modo a assegurar compatibilidade analítica plena; confiabilidade, reprodutibilidade e rastreabilidade dos resultados; atendimento às boas práticas laboratoriais e às recomendações sanitárias; e mitigação de riscos assistenciais e operacionais.

Do nosso pedido de esclarecimento: Entendemos as razões para tal descrição no sub item 2.2.3. Entretanto, consideramos que é válido que se possa oferecer outra marca de reagente distinto a marca do equipamento ofertado desde quando a marca a ser oferecida seja homologada pelo fabricante do equipamento e tenha todo protocolo de implantação. Desta forma assegura-se que tal marca, mesmo que seja diferente a marca do equipamento, cumpre com os requisitos técnicos que assegurem compatibilidade analítica plena e todos os demais requisitos que resguardem a instituição quanto a qualidade dos resultados oferecidos.

Complemento informando que nosso pedido refere-se apenas a 01 item da relação de parâmetros relacionados. Neste caso trato apenas do item Vancomicina onde não dispomos da marca Mindray.

No aguardo de um parecer positivo, fico a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

DIAGLAB
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

Marcos Campos
Gerente Comercial

@diaglabdf

ger.comercial@diaglabdf.com.br
(61) 99674-2201
www.diaglabdf.com.br
ADE Conj. 28 Lts 25 e 26 - Águas Claras, Brasília/DF | CEP: 71.991-360

#Juntos temos o melhor resultado.

Outlook

Solicitação de Esclarecimentos EDITAL Nº 10002/2026 PROCESSO SEI Nº 04016-00005916/2026-85

De Marcos Campos <ger.comercial@diaglabdf.com.br>
Data Ter, 29/09/2026 15:59
Para CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Cc 'guilherme' <guilherme@diaglabdf.com.br>; 'Diaglab Mateus' <licitacao@diaglabdf.com.br>

Prezados Senhores,

Vimos através deste, apresentar nosso pedido de esclarecimentos em relação ao edital acima mencionado conforme abaixo:

Nosso pedido de esclarecimento refere-se ao item 2.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AQUISIÇÃO do presente edital, sub item 2.2.3. Os reagentes deverão ser de uso dedicado e exclusivo aos equipamentos automatizados fornecidos pela contratada, da mesma marca, não sendo admitida a utilização de reagentes ou insumos de fabricantes distintos, de modo a assegurar compatibilidade analítica plena; confiabilidade, reprodutibilidade e rastreabilidade dos resultados; atendimento às boas práticas laboratoriais e às recomendações sanitárias; e mitigação de riscos assistenciais e operacionais.

Do nosso pedido de esclarecimento: Entendemos as razões para tal descrição no sub item 2.2.3. Entretanto, consideramos que é válido que se possa oferecer outra marca de reagente distinto a marca do equipamento ofertado desde quando a marca a ser oferecida seja homologada pelo fabricante do equipamento e tenha todo protocolo de implantação. Desta forma assegura-se que tal marca, mesmo que seja diferente a marca do equipamento, cumpre com os requisitos técnicos que assegurem compatibilidade analítica plena e todos os demais requisitos que resguardem a instituição quanto a qualidade dos resultados oferecidos.

Complemento informando que nosso pedido refere-se apenas a 01 item da relação de parâmetros relacionados. Neste caso trato apenas do item Vancomicina onde não dispomos da marca Mindray.

No aguardo de um parecer positivo, fico a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

