Outlook

RE: EDITAL Nº 42/2026 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA

De CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Data Qui, 24/09/2026 11:40
Para Lucca (Licitações - São Bernardo) <licitacao@saobernardodf.com.br>
Cc Engº. Daniel (CTO - São Bernardo) <daniel@saobernardodf.com.br>; Engº. Claudiney (Gerência - São Bernardo) <claudiney@saobernardodf.com.br>; CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Prezados(as),
Segue retorno do seu pedido de esclarecimentos:

> A empresa questiona se deverão ser fornecidos dois conjuntos para cada faixa assistencial, totalizando seis conjuntos por ventilador, ou apenas dois conjuntos por equipamento, desde que compatíveis com as três populações.
>
> **CONSIDERAÇÕES**
>
> O fornecimento deverá assegurar a disponibilidade de 02 (dois) conjuntos completos aptos ao atendimento de cada uma das populações exigidas, observadas as características e a indicação de uso da **solução ofertada**, admitindo-se as seguintes alternativas:
>
> a) Fornecimento de conjuntos específicos por faixa assistencial: deverão ser entregues, por equipamento, 02 (dois) conjuntos neonatais, 02 (dois) conjuntos pediátricos e 02 (dois) conjuntos adultos, totalizando 06 (seis) conjuntos completos.
>
> b) Fornecimento de conjuntos universais: serão admitidos 02 (dois) conjuntos completos por equipamento, desde que cada conjunto, individualmente, seja comprovadamente adequado à utilização nas três populações, neonatal, pediátrica e adulta, com todos os componentes e adaptadores necessários às respectivas configurações.

Agradecemos o contato e ficamos no aguardo da cotação.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Rosemary Candida da Silva
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
✉ emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 Ramal 9109

De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Enviado: terça-feira, 22 de setembro de 2026 11:27
Para: Lucca (Licitações - São Bernardo) <licitacao@saobernardodf.com.br>
Cc: Engº. Daniel (CTO - São Bernardo) <daniel@saobernardodf.com.br>; Engº. Claudiney (Gerência - São Bernardo) <claudiney@saobernardodf.com.br>; CX - Emendas Parlamentares e Propostas

<emendas.propostas@igesdf.org.br>
Assunto: RE: EDITAL Nº 42/2026 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA

Prezado, Lucca Corte.
Informamos que o pedido foi recebido e encaminhado à área técnica competente para análise.
Solicitamos, portanto, que aguarde o retorno com as devidas considerações.
Agradecemos o contato.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Rosemary Candida da Silva
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
✉ emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 Ramal 9109

De: Lucca (Licitações - São Bernardo) <licitacao@saobernardodf.com.br>
Enviado: terça-feira, 22 de setembro de 2026 10:16
Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Cc: Engº. Daniel (CTO - São Bernardo) <daniel@saobernardodf.com.br>; Engº. Claudiney (Gerência - São Bernardo) <claudiney@saobernardodf.com.br>
Assunto: EDITAL Nº 42/2026 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA

Prezados Senhores do Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado / IGESDF,

Cumprimentando-os cordialmente, a **CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA** (CNPJ: 00.838.896/0001-82) vem, por meio deste expediente e tempestivamente nos termos do subitem 1.5 do instrumento convocatório, encaminhar em anexo o formal **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO** relativo ao **Edital nº 42/2026** (Processo SEI nº 04016-00096196/2026-59).

Solicitamos, por gentileza, a confirmação do recebimento desta mensagem e do arquivo anexado.

Atenciosamente;
Lucca Corte- Licitações
Departamento Comercial
licitacao@saobernardodf.com.br
Whatsapp 61 99342-5335

São Bernardo
Soluções para a Saúde
DESDE 1984

SAAN QD. 03 LOTES 970/980 - BRASÍLIA, DF
ED. SÃO BERNARDO CEP: 70.632-300
CNPJ: 00.838.896/0001-82
IE: 07.313.223/001-71
(61) 3233-2958 . 3233-0536 . (61) 99279-7011 | WWW.SAOBERNARDODF.COM.BR | ISO 9001

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DO NÚCLEO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIZADO

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF

PROCESSO SEI Nº: 04016-00096196/2026-59

EDITAL Nº: 42/2026

OBJETO: Aquisição de Ventilador Pulmonar por Ata de Registro de Preços

CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.838.896/0001-82, com sede no SAA/Norte, Quadra 03, Número 980, Brasília/DF, CEP: 70.632-300, vem, perante Vossa Senhoria, com fulcro no subitem 1.5 do Edital em epígrafe e nos princípios da clareza, transparência e julgamento objetivo (art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF), formular o presente **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO**, nos seguintes termos:

I. DA DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA OBJETO DO QUESTIONAMENTO

No que tange aos requisitos acessórios do **LOTE 2 – VENTILADOR PULMONAR NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO COM TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO**, o subitem **7.12** do Elemento Técnico (reproduzido no Anexo I e Anexo II do certame) dispõe expressamente:

> *"7.12. 02 (dois) conjuntos completos de circuito para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo por equipamento, compatíveis com o sistema de umidificação fornecido e adequados às populações neonatal, pediátrica e adulta, contendo circuito inspiratório aquecido, conexão entre o ventilador e a câmara de umidificação, câmara ou reservatório compatível, cabos, sensores, adaptadores e todas as conexões necessárias à montagem e ao funcionamento da terapia."*

II. DA DÚVIDA TÉCNICA E NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO

A redação do dispositivo estabelece a entrega de *"02 (dois) conjuntos completos de circuito para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo por equipamento"* e, ato contínuo, menciona a adequação às *"populações neonatal, pediátrica e adulta"*.

Considerando as especificidades anatômicas, volumétricas e de dimensionamento físico dos circuitos respiratórios para as diferentes faixas etárias, e visando assegurar a correta formulação da proposta comercial, a precisa composição de custos unitários e a isonomia de julgamento entre todas as concorrentes, faz-se indispensável sanar a seguinte dubiedade interpretativa:

PERGUNTA: Deverá ser fornecido, para cada equipamento (Lote 2), o quantitativo de 02 (dois) conjuntos completos de circuitos de Alto Fluxo para CADA UMA das faixas assistenciais (ou seja: 02 neonatais, 02 pediátricos e 02 adultos, totalizando 06 circuitos por ventilador), OU o fornecimento consistirá em apenas 02 (dois) conjuntos por equipamento, desde que a solução ofertada seja aplicável/compatível com as referidas populações?

III. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a esta dita Comissão/Núcleo de Compras o recebimento deste expediente e a emissão de resposta formal esclarecedora quanto à exata quantificação física dos circuitos de Alto Fluxo a serem contemplados no Lote 2, promovendo-se a devida divulgação na plataforma eletrônica Apoio Cotações para conhecimento geral de todos os participantes.

Brasília-DF, 22 de setembro de 2026.

CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA:00838896000182

Assinado de forma digital por CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA:00838896000182
Dados: 2026.09.22 10:11:05 -03'00'

CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA

CNPJ: 00.838.896/0001-82