ID:	1673084	**Criado em:**	19/10/2026 09:27
Nº do Processo:	04016-00136435/2026-11		
Status Atual:	encerrada		
Título:	SELEÇÃO DE FORNECEDORES 68/2026 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR		
Justificativa: (Descrição)	A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR OBJETO À AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTO: ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO COM TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES E DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - 74 (SETENTA E QUATRO) UNIDADES. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO PELO DETENTOR DA ORDEM DE FORNECIMENTO. ENTREGA DAS 9H ÀS 16H. A CRITÉRIO DO IGESDF, PODERÁ SER ESTABELECIDO PRAZO SUPERIOR DE ENTREGA. DURANTE A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, O LOCAL DE ENTREGA PARA FORNECIMENTO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES. NESTE CASO, O NOVO ENDEREÇO PARA ENTREGA CONSTARÁ NA ORDEM DE FORNECIMENTO. A PROPOSTA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE CATÁLOGOS ORIGINAIS DO FORNECEDOR/FABRICANTE DOS PRODUTOS E MANUAL DO USUÁRIO PARA CONFIRMAÇÕES DOS REQUISITOS SOLICITADOS.		
Observação:	SOLICITAÇÃO PARA NOVO CONTRATO.		
Condições:	CONFORME EDITAL E ANEXOS.		

O processo publicado teve os seguintes prazos fixados:

Início do Acolhimento das Propostas: 21/10/2026 às 09:15

Limite do Acolhimento das Propostas: 27/10/2026 às 23:55

Data da Abertura das Propostas: 27/10/2026 às 23:55

Item do processo:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	18468	VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO	98	0,00

Fornecedores participantes:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	B E F BRASIL LTDA 36.833.624/0001-37 (61) 98333-2028 contato@befbrasil.com.br	R$ 0,01	90 dias	27/01/2027	30 ddl	CIF	

2	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 00.838.896/0001-82 (61) 99279-7011 juliana@saobernardodf.com.br	R$ 1.000,00	90 dias	28/01/2027	30 ddl	CIF	Condições Validade da proposta 90 dias. Prazo de entrega até 90 dias corridos, conforme item 2.4.3 do edital Garantia 36 meses contra defeitos de fabricação, compreendendo a execução das manutenções preventivas, calibrações periódicas, atualizações de software e demais intervenções recomendadas pelo fabricante durante o período de garantia, sem ônus para o contratante, a partir do Termo de Recebimento Definitivo. Treinamentos conforme necessidade. Impostos, frete e encargos inclusos. Assistência técnica Cirúrgica São Bernardo Ltda, autorizada pelo fabricante no DF. Acessórios por unidade lista completa, incluindo os itens do item 7 do edital acima. Documentos anexos manual do usuário (com capítulos e páginas de referência), ficha técnica, catálogo, registro ANVISA, certificados normativos, carta de exclusividade e tabela de conformidade item a item. Chave PIX 00.838.8960001-82. Para depósito em conta Banco Inter (077), Ag. 0001, Cc 7502300-8.
3	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.743.288/0001-08 (62) 3241-5555 comercial@hospcom.net	R$ 900,00	90 dias	31/01/2027	30 ddl	CIF	

4	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA 01.298.443/0002-54 (11) 5081-4115 licitacao@magnamed.com.br	R$ 400,00	90 dias	27/01/2027	30 ddl	CIF	FLEXIMAG MAX - VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO O ventilador Fleximag Max 300 foi desenvolvido para fornecer suporte ventilatório invasivo e não invasivo com monitorização ventilatória completa para pacientes neonatais, pediátricos e adultos com comprometimento das funções respiratórias em unidades de terapia intensiva e semi-intensiva, em pós-operatórios, nas salas de recuperação pós-anestésica (RPA), ou ainda, para o transporte intra-hospitalar.
5	MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 57.370.564/0001-33 (32) 99990-7642 qualidade.medtrem@gmail.com	R$ 1.000,00	20 dias	31/01/2027	30 ddl	CIF	
6	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 14.365.637/0001-96 (11) 95610-0297 licitacao@nkbr.com.br	R$ 1.500,00	90 dias	27/01/2027	30 ddl	CIF	
7	TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 31.829.598/0002-30 (11) 9894-4474 thalita.lima@tecmeglobal.com	R$ 101.619,00	90 dias	27/01/2027	30 ddl	CIF	CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO - Validade da Proposta A proposta apresentada terá validade mínima de 90 (noventa) dias, passível de prorrogação até a formalização do instrumento vinculativo - Prazo de entrega O objeto deverá ser entregue em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior. A entrega será sob demanda, conforme a necessidade do IGESDF, não sendo obrigatório o consumo total dos itens. - Frete CIF - Garantia do produto Garantia de 36 (trinta e seis) meses.

Relatório de participação de fornecedores	Total
Fornecedores que acessaram o processo	67
Fornecedores que cadastraram propostas	7
Fornecedores categoria MEI, ME/EPP	3
Fornecedores avisados	7021

Relatório de respostas dos itens	Total
Total de itens do processo	1
Itens com propostas cadastradas	1
Itens desertos	0
Itens cancelados	0

As propostas enviadas tiveram os seguintes preços apresentados:

	Produto	Respostas

descrição do produto

1	VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - Código: 18468
	Quantidade: 98.0 UND
	Marcas Padronizadas:
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA
	Preço Ref.: 0,00
	JUSTIFICATIVA
	Estimado: R$ 130.000,00

respostas

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
B E F BRASIL LTDA	R$ 90.000,00	R$ 8.820.000,00	NORTHERN	caixa c/ 1			
MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	R$ 97.020,00	R$ 9.507.960,00	MAGNAMED	caixa c/ 98		Fleximag Max 300	
TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 101.619,00	R$ 9.958.662,00	TECME	unidade c/ 1	BRINA	O VENTILADOR BRINA é um Ventilador mecânico de ponta que oferece ventilação invasiva e não invasiva para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Projetado para tomada de decisões importantes em diferentes situações.Dispõe de uma tela touchscreen de 18,5? e alta resolução, interface inteligente, simples, clara e intuitiva com usuário deixando a operação do ventilador fácil e rápida. Tela removível e rotativa, com modo noturno. Indicador de alarme de alta visibilidade. O design da VentBox dá possibilidade de montá-la em carro móvel, suporte de teto ou prateleira.Modelo: BRINARegistro Anvisa: 80279421100Fabricante: TECME Procedencia: ARGENTINADESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS	
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	R$ 109.223,19	R$ 10.703.872,62	COMEN	caixa c/ 1	80102513272		
NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	R$ 182.789,35	R$ 17.913.356,30	NIHON KOHDEN	caixa c/ 1	NKV-440	ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTO DA TR.	
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 227.819,62	R$ 22.326.322,76	MINDRAY	caixa c/ 1	SV 650		
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.000.000,00	R$ 98.000.000,00	LEISTUNG	unidade c/ 1			

As seguintes propostas foram desclassificadas:

	Produto	Respostas

descrição do produto | **respostas**

1	VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - Código: 18468
Quantidade: 98.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	
Estimado: R$ 130.000,00	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
B E F BRASIL LTDA	R$ 90.000,00	R$ 8.820.000,00	NORTHERN	caixa c/ 1		Fornecedor desclassificado, devido ao descumprimento do item 19.6 do Edital, por não apresentar a documentação no prazo determinado. Data: 11/11/2026 11:50 Usuário: Rosemary	
MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	R$ 97.020,00	R$ 9.507.960,00	MAGNAMED	caixa c/ 98		Fornecedor desclassificado, devido ao descumprimento do item 5.9 alínea b do Edital, por não apresentar integralmente a documentação obrigatória. (9.1.3. letra a - Alvará Sanitário/Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento vigente; letra d - A empresa deverá entregar a COMPROVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (Anexo II) devidamente preenchida, comprovando, por meio de apontamentos no Manual do Equipamento e/ou Relatórios e Documentos Técnicos oficiais da fabricante). Data: 04/11/2026 11:30 Usuário: Rosemary	
TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 101.619,00	R$ 9.958.662,00	TECME	unidade c/ 1	BRINA	Proposta desclassificada, tendo em vista que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações técnicas exigidas, conforme Parecer Técnico 171 (SEI n 219019366). Data: 06/11/2026 09:05 Usuário: Rosemary	
NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	R$ 182.789,35	R$ 17.913.356,30	NIHON KOHDEN	caixa c/ 1	NKV-440	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.16. do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior ao orçamento estimado. Data: 30/10/2026 17:07 Usuário: Rosemary	
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 227.819,62	R$ 22.326.322,76	MINDRAY	caixa c/ 1	SV 650	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.16. do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior ao orçamento estimado. Data: 30/10/2026 17:07 Usuário: Rosemary	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.000.000,00	R$ 98.000.000,00	LEISTUNG	unidade c/ 1		Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.16. do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior ao orçamento estimado. Data: 30/10/2026 17:07 Usuário: Rosemary	

Justificativa / Motivo

VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - Código: 18468

TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
06/11/2026 09:05	Rosemary Candida da Silva	Proposta desclassificada, tendo em vista que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações técnicas exigidas, conforme Parecer Técnico 171 (SEI n 219019366).	Desclassificado

VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - Código: 18468

MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
30/10/2026 17:07	Rosemary Candida da Silva	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.16. do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior ao orçamento estimado.	Desclassificado

VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - Código: 18468

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
30/10/2026 17:07	Rosemary Candida da Silva	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.16. do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior ao orçamento estimado.	Desclassificado

VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - Código: 18468

NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
30/10/2026 17:07	Rosemary Candida da Silva	Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 3.1.16. do Edital, em razão da apresentação de proposta com valor superior ao orçamento estimado.	Desclassificado

VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - Código: 18468			
B E F BRASIL LTDA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
11/11/2026 11:50	Rosemary Candida da Silva	Fornecedor desclassificado, devido ao descumprimento do item 19.6 do Edital, por não apresentar a documentação no prazo determinado.	Desclassificado

VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - Código: 18468			
MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
04/11/2026 11:30	Rosemary Candida da Silva	Fornecedor desclassificado, devido ao descumprimento do item 5.9 alínea b do Edital, por não apresentar integralmente a documentação obrigatória. (9.1.3. letra a - Alvará Sanitário/Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento vigente; letra d - A empresa deverá entregar a COMPROVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (Anexo II) devidamente preenchida, comprovando, por meio de apontamentos no Manual do Equipamento e/ou Relatórios e Documentos Técnicos oficiais da fabricante).	Desclassificado

Avaliação técnica:

Lista de avaliações técnicas:						
Nome do solicitante	**Data envio**	**Observação**	**Nome do técnico**	**Parecer**	**Status**	**Data avaliação**
Nenhum registro.						

Alçada técnica por item:

	Produto	Código
01	VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO	18468

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação

JENNIFER SOUSA SANTOS	12/11/2026 12:49	Encaminha-se para parecer técnico de acordo com o parecer emitido via SEI.	LEANDRO RIBEIRO DA ROCHA	Dessa forma, considerando a documentação técnica inicialmente apresentada, os esclarecimentos complementares e a manifestação do fabricante, esta Gerência de Engenharia Clínica (GECLI) conclui que o equipamento ofertado ATENDE a todas as características técnicas exigidas no edital n 68/2026 (217423802), e no Elemento Técnico 187 (217205398) não subsistindo pendências técnicas quanto aos requisitos avaliados.Assim, esta Gerência manifesta-se FAVORAVELMENTE À ACEITAÇÃO TÉCNICA da proposta apresentada pela empresa CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA, referente ao Ventilador Pulmonar COMEN, modelo V5.	Aprovado	12/11/2026 13:09

Negociações:

CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA			
Dados do fornecedor			
CNPJ:	00.838.896/0001-82	**I.E.:**	0731322300171
Telefone:	(61) 99279-7011	**Email do Fornecedor:**	juliana@saobernardodf.com.br
Responsável:	Lucca	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 99102-0727		
Dados da cotação			
Informações ao comprador:	Condições Validade da proposta 90 dias. Prazo de entrega até 90 dias corridos, conforme item 2.4.3 do edital Garantia 36 meses contra defeitos de fabricação, compreendendo a execução das manutenções preventivas, calibrações periódicas, atualizações de software e demais intervenções recomendadas pelo fabricante durante o período de garantia, sem ônus para o contratante, a partir do Termo de Recebimento Definitivo. Treinamentos conforme necessidade. Impostos, frete e encargos inclusos. Assistência técnica Cirúrgica São Bernardo Ltda, autorizada pelo fabricante no DF. Acessórios por unidade lista completa, incluindo os itens do item 7 do edital acima. Documentos anexos manual do usuário (com capítulos e páginas de referência), ficha técnica, catálogo, registro ANVISA, certificados normativos, carta de exclusividade e tabela de conformidade item a item. Chave PIX 00.838.8960001-82. Para depósito em conta Banco Inter (077), Ag. 0001, Cc 7502300-8.		
Validade da proposta:	28/01/2027	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
liberado em 28/10/2026 13:46:17 por: ROSEMARY.C.SILVA - bloqueado em 29/10/2026 23:55:30 por: script			

VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO Quantidade: 98 UNDS - cód: 18468			
Histórico	**Preço unitário**	**Data de alteração**	**Usuário de alteração**
Resposta Original	R$ 109.223,19	27/10/2026 21:25:32	DANILO (COMERCIAL@SAOBERNARDODF.COM.BR)
Alteração 1	R$ 62.996,00	29/10/2026 20:50:51	DANILO (COMERCIAL@SAOBERNARDODF.COM.BR)
TOTAL NEGOCIADO PRODUTO		**R$ 46.227,19 (42,32%)**	

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR	
Total	**R$ 4.530.264,62 (42,32%)**

TOTAIS (somente itens negociados)	
Total que seria comprado antes da negociação (somente itens negociados)	**R$ 10.703.872,62**
Total Negociado Pedido de Cotação	**R$ 4.530.264,62 (42,32%)**
Total comprado após a negociação de preços (somente itens negociados)	**R$ 6.173.608,00**

TOTAIS (todos itens)	
Total que seria comprado antes da negociação (todos itens)	**R$ 4.530.264,62**
Total comprado após a negociação de preços (todos itens)	**R$ 0,00**
Total Negociado Pedido de Cotação	**R$ 4.530.264,62 (100,00%)**
Total comprado	**R$ 0,00**

Conversas Apoio Zapp:

1

MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA

Dados do fornecedor

CNPJ:	01.298.443/0002-54	**I.E.:**	278.130.785-119
Telefone:	(11) 5081-4115	**Email do Fornecedor:**	licitacao@magnamed.com.br
Responsável:	Fernanda Martinelli	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(11) 3889-6910		

Dados da cotação

Informações ao comprador:	FLEXIMAG MAX - VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO O ventilador Fleximag Max 300 foi desenvolvido para fornecer suporte ventilatório invasivo e não invasivo com monitorização ventilatória completa para pacientes neonatais, pediátricos e adultos com comprometimento das funções respiratórias em unidades de terapia intensiva e semi-intensiva, em pós-operatórios, nas salas de recuperação pós-anestésica (RPA), ou ainda, para o transporte intra-hospitalar.		
Validade da proposta:	27/01/2027	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 400,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza nos itens 5.3 e 5.4 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-68-2026-aquisicao-de-ventilador-pulmonar/ Período de negociação: até às 23h55 do dia 29/10/2026. Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado do item, e que o mesmo deve ser utilizado como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	28/10/2026 13:46	
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 3.1.18 do Edital, está aberto o prazo de 1 dia (até às 23h55 do dia 03/11) para atualização e/ou complementação dos documentos de habilitação exigidos. Pendencias: Alvará Sanitário/Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento vigente; Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) e Comprovação das Especificações Técnicas (Anexo V). Solicitamos que sejam inseridas na plataforma, sob pena de desclassificação do certame.	30/10/2026 16:54	
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - código: 18468	04/11/2026 11:22	

2	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	05.743.288/0001-08	**I.E.:**	
	Telefone:	(62) 3241-5555	**Email do Fornecedor:**	comercial@hospcom.net
	Responsável:	Isabela Santos	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(62) 3241-5555		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	31/01/2027	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 900,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza nos itens 5.3 e 5.4 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-68-2026-aquisicao-de-ventilador-pulmonar/ Período de negociação: até às 23h55 do dia 29/10/2026. Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado do item, e que o mesmo deve ser utilizado como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	28/10/2026 13:46	29/10/2026 15:29
Julieth Menino Empresa: HOSPCOM CNPJ: 05743288000108	NÃO HÁ CAMPO DE ANEXOS PARA SUBIR A PROPOSTA EM PDF AJUSTADA AO ULTIMO VALOR NEGOCIADO	29/10/2026 21:06	30/10/2026 16:06
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - código: 18468	30/10/2026 16:06	03/11/2026 18:59

3	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	14.365.637/0001-96	**I.E.:**	636.229.573.110
	Telefone:	(11) 95610-0297	**Email do Fornecedor:**	licitacao@nkbr.com.br
	Responsável:	Gizelle Rodrigues	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(11) 96853-9322		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	27/01/2027	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza nos itens 5.3 e 5.4 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-68-2026-aquisicao-de-ventilador-pulmonar/ Período de negociação: até às 23h55 do dia 29/10/2026. Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado do item, e que o mesmo deve ser utilizado como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	28/10/2026 13:46	29/10/2026 15:25

4	B E F BRASIL LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	36.833.624/0001-37	**I.E.:**	
	Telefone:	(61) 98333-2028	**Email do Fornecedor:**	contato@befbrasil.com.br
	Responsável:	Sebastião Aguiar	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(61) 3060-1414_		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	27/01/2027	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 00,01	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza nos itens 5.3 e 5.4 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-68-2026-aquisicao-de-ventilador-pulmonar/ Período de negociação: até às 23h55 do dia 29/10/2026. Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado do item, e que o mesmo deve ser utilizado como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	28/10/2026 13:46	04/11/2026 09:36
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 3.1.18 do Edital, está aberto o prazo de 1 dia (até às 23h55 do dia 03/11) para atualização e/ou complementação dos documentos de habilitação exigidos.	30/10/2026 16:52	04/11/2026 09:36
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados(as), informamos que foi aberta diligência técnica referente ao processo de VENTILADOR PILMONAR. Após análise técnica da documentação encaminhada, algumas informações não foram comprovadas. Seguem os questionamentos da área técnica: Após avaliação, verificou-se que o equipamento ofertado apresenta características compatíveis com os requisitos técnicos exigidos. Entretanto, determinadas especificações não foram comprovadas de forma conclusiva na documentação apresentada, impossibilitando, neste momento, a confirmação integral do atendimento ao Elemento Técnico. Dessa forma, recomenda-se a abertura de DILIGÊNCIA junto à empresa, com a finalidade de solicitar esclarecimentos e documentação técnica complementar que comprove o atendimento aos requisitos relacionados a seguir. EXIGÊNCIA TÉCNICA: 1. Item 3.2. O monitor deverá possuir sistema de posicionamento com ajuste de lateralização e inclinação, ou mecanismo articulado equivalente que permita adequada visualização e ergonomia operacional. ANÁLISE TÉCNICA: A documentação técnica apresentada não evidência, de forma suficiente, a disponibilidade de mecanismos que permitam o ajuste de lateralização e inclinação do monitor, ou sistema articulado funcionalmente equivalente, conforme exigido no Edital. Dessa forma, faz-se necessária a apresentação de documentação técnica complementar, preferencialmente emitida pelo fabricante, que comprove expressamente os mecanismos de ajuste e posicionamento disponíveis no equipamento ofertado. EXIGÊNCIA TÉCNICA: 2. Item 4.1.10. Ventilação neonatal com fluxo contínuo, ciclada a tempo e limitada à pressão, incluindo modalidade (SIMV) neonatal ou volume garantido neonatal, conforme tecnologia do fabricante. ANÁLISE TÉCNICA: A documentação técnica apresentada evidencia a disponibilidade de modos ventilatórios neonatais, incluindo P-SIMV e PRVC-SIMV. Entretanto, não foi possível comprovar integralmente que o equipamento dispõe de ventilação neonatal com fluxo contínuo, ciclada a tempo e limitada à pressão, conforme exigido no item 4.1.10 do Edital n 68/2026. Ressalta-se que a disponibilidade dos modos P-SIMV e PRVC-SIMV, isoladamente, não comprova a funcionalidade específica de fluxo contínuo associada à ventilação neonatal ciclada a tempo e limitada à pressão. Dessa forma, faz-se necessária a apresentação de documentação técnica complementar, preferencialmente emitida pelo fabricante, que comprove expressamente o atendimento ao requisito, identificando o modo ventilatório correspondente, seu princípio de funcionamento e sua aplicabilidade à população neonatal. EXIGÊNCIA TÉCNICA: 3. Item 4.2.3. Volume Corrente: capacidade de ajuste abrangendo, no conjunto das configurações neonatal, pediátrica e adulta, a faixa de 2 a 2.400 mL, ou faixa superior, respeitados os limites específicos de cada categoria de paciente, os modos ventilatórios disponíveis e as condições de precisão estabelecidas. ANÁLISE TÉCNICA: Na documentação técnica apresentada não foi evidenciado a faixas de ajuste de volume corrente máximo, (Valor requerido 2.400 mL). Dessa forma, faz-se necessária a apresentação de documentação técnica complementar, preferencialmente emitida pelo fabricante, que comprove expressamente o atendimento ao requisito. EXIGÊNCIA TÉCNICA: 4. Item 4.2.10. Fluxo Inspiratório: capacidade de ajuste ou fornecimento de fluxo inspiratório abrangendo, no mínimo, 0 a 200 L/min, conforme a arquitetura do equipamento, com identificação das modalidades em que há ajuste direto e das modalidades em que o fluxo é determinado automaticamente pelo sistema de controle ventilatório. ANÁLISE TÉCNICA: Não foi possível identificar, de maneira conclusiva, o limite mínimo de fluxo inspiratório disponibilizado pelo equipamento, tampouco as modalidades ventilatórias em que o fluxo pode ser ajustado diretamente ou determinado automaticamente pelo sistema de controle ventilatório. Dessa forma, faz-se necessária a apresentação de documentação técnica complementar, preferencialmente emitida pelo fabricante, que comprove expressamente a faixa de fluxo inspiratório efetivamente disponível, incluindo os valores mínimo e máximo e a identificação dos modos ventilatórios correspondentes. CONCLUSÃO: Diante do exposto, considerando que determinados requisitos técnicos não foram comprovados de maneira conclusiva, esta Gerência de Engenharia Clínica (GECLI) recomenda a abertura de DILIGÊNCIA junto à empresa B&F BRASIL LTDA, para apresentação dos esclarecimentos e documentos comprobatórios relacionados nos itens acima. Ressalta-se que o fornecimento deverá contemplar a configuração completa do equipamento, incluindo todos os componentes, módulos e acessórios necessários ao pleno funcionamento das funcionalidades exigidas, bem como as condições de garantia, suporte técnico, atualizações e treinamento previstas no Elemento Técnico e na proposta comercial, quando aplicáveis.	06/11/2026 08:51	09/11/2026 14:11

Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Ficamos no aguardo dos esclarecimentos e do envio da documentação complementar para comprovação das informações. O campo, na plataforma APOIO, está liberado para anexar os documentos. Prazo para resposta: até 10/11/2026 às 23h55.	06/11/2026 08:51	09/11/2026 14:11
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - código: 18468	09/11/2026 14:17	11/11/2026 15:48

5	**CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA**		
	Dados do fornecedor		
	CNPJ: 00.838.896/0001-82	**I.E.:**	0731322300171
	Telefone: (61) 99279-7011	**Email do Fornecedor:**	juliana@saobernardodf.com.br
	Responsável: Lucca	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável: (61) 99102-0727		
	Dados da cotação		
	Informações ao comprador: Condições Validade da proposta 90 dias. Prazo de entrega até 90 dias corridos, conforme item 2.4.3 do edital Garantia 36 meses contra defeitos de fabricação, compreendendo a execução das manutenções preventivas, calibrações periódicas, atualizações de software e demais intervenções recomendadas pelo fabricante durante o período de garantia, sem ônus para o contratante, a partir do Termo de Recebimento Definitivo. Treinamentos conforme necessidade. Impostos, frete e encargos inclusos. Assistência técnica Cirúrgica São Bernardo Ltda, autorizada pelo fabricante no DF. Acessórios por unidade lista completa, incluindo os itens do item 7 do edital acima. Documentos anexos manual do usuário (com capítulos e páginas de referência), ficha técnica, catálogo, registro ANVISA, certificados normativos, carta de exclusividade e tabela de conformidade item a item. Chave PIX 00.838.8960001-82. Para depósito em conta Banco Inter (077), Ag. 0001, Cc 7502300-8.		
	Validade da proposta: 28/01/2027	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo: R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza nos itens 5.3 e 5.4 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-68-2026-aquisicao-de-ventilador-pulmonar/ Período de negociação: até às 23h55 do dia 29/10/2026. Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado do item, e que o mesmo deve ser utilizado como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	28/10/2026 13:46	28/10/2026 20:36
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 3.1.18 do Edital, está aberto o prazo de 1 dia (até às 23h55 do dia 30/10) para atualização e/ou complementação dos documentos de habilitação exigidos.	30/10/2026 16:50	03/11/2026 08:08
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Refificando a data do prazo: até às 23h55 do dia 03/11	30/10/2026 16:52	03/11/2026 08:08
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - código: 18468	30/10/2026 17:06	03/11/2026 08:08

Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados(as), informamos que foi aberta diligência técnica referente ao processo de VENTILADOR PILMONAR. Após análise técnica da documentação encaminhada, algumas informações não foram comprovadas. Seguem os questionamentos da área técnica: Após avaliação, verificou-se que o equipamento ofertado apresenta características compatíveis com os requisitos técnicos exigidos. Entretanto, determinadas especificações não foram comprovadas de forma conclusiva na documentação apresentada, impossibilitando, neste momento, a confirmação integral do atendimento ao Elemento Técnico. Dessa forma, recomenda-se a abertura de DILIGÊNCIA junto à empresa, com a finalidade de solicitar esclarecimentos e documentação técnica complementar que comprove o atendimento aos requisitos relacionados a seguir. EXIGÊNCIA TÉCNICA: 1. Item 4.1.10. Ventilação neonatal com fluxo contínuo, ciclada a tempo e limitada à pressão, incluindo modalidade (SIMV) neonatal ou volume garantido neonatal, conforme tecnologia do fabricante. ANÁLISE TÉCNICA: A documentação técnica apresentada evidencia a disponibilidade de modos ventilatórios neonatais, incluindo P-SIMV e PRVC-SIMV. Entretanto, não foi possível comprovar integralmente que o equipamento dispõe de ventilação neonatal com fluxo contínuo, ciclada a tempo e limitada à pressão, conforme exigido no item 4.1.10 do Edital n 68/2026. Ressalta-se que a disponibilidade dos modos P-SIMV e PRVC-SIMV, isoladamente, não comprova a funcionalidade específica de fluxo contínuo associada à ventilação neonatal ciclada a tempo e limitada à pressão. Dessa forma, faz-se necessária a apresentação de documentação técnica complementar, preferencialmente emitida pelo fabricante, que comprove expressamente o atendimento ao requisito, identificando o modo ventilatório correspondente, seu princípio de funcionamento e sua aplicabilidade à população neonatal. CONCLUSÃO: Diante do exposto, considerando que determinados requisitos técnicos não foram comprovados de maneira conclusiva, esta Gerência de Engenharia Clínica (GECLI) recomenda a abertura de DILIGÊNCIA junto à empresa CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA, para apresentação dos esclarecimentos e documentos comprobatórios relacionados nos itens acima. Ressalta-se que o fornecimento deverá contemplar a configuração completa do equipamento, incluindo todos os componentes, módulos e acessórios necessários ao pleno funcionamento das funcionalidades exigidas, bem como as condições de garantia, suporte técnico, atualizações e treinamento previstas no Elemento Técnico e na proposta comercial, quando aplicáveis.	06/11/2026 08:17	06/11/2026 08:44
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Ficamos no aguardo dos esclarecimentos e do envio da documentação complementar para comprovação das informações. O campo, na plataforma APOIO, está liberado para anexar os documentos.	06/11/2026 08:18	06/11/2026 08:44
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prazo para resposta: até 10/11/2026 às 23h55	06/11/2026 08:22	06/11/2026 08:44
DANILO MARES Empresa: SAO BERNARDO CNPJ: 00838896000182	Prezada, boa tarde.	10/11/2026 14:18	11/11/2026 10:48
DANILO MARES Empresa: SAO BERNARDO CNPJ: 00838896000182	Fizemos a inclusão da documentação.	10/11/2026 14:18	11/11/2026 10:48

6

TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	31.829.598/0002-30	**I.E.:**	
Telefone:	(11) 9894-4474	**Email do Fornecedor:**	thalita.lima@tecmeglobal.com
Responsável:	Pamela Giamarino	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(11) 97749-1208		

Dados da cotação

Informações ao comprador:	CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO - Validade da Proposta A proposta apresentada terá validade mínima de 90 (noventa) dias, passível de prorrogação até a formalização do instrumento vinculativo - Prazo de entrega O objeto deverá ser entregue em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior. A entrega será sob demanda, conforme a necessidade do IGESDF, não sendo obrigatório o consumo total dos itens. - Frete CIF - Garantia do produto Garantia de 36 (trinta e seis) meses.		
Validade da proposta:	27/01/2027	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 101.619,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização

Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza nos itens 5.3 e 5.4 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-68-2026-aquisicao-de-ventilador-pulmonar/ Período de negociação: até às 23h55 do dia 29/10/2026. Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado do item, e que o mesmo deve ser utilizado como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	28/10/2026 13:46	
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza o item 3.1.18 do Edital, está aberto o prazo de 1 dia (até às 23h55 do dia 03/11) para atualização e/ou complementação dos documentos de habilitação exigidos.	30/10/2026 16:54	

7	MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	57.370.564/0001-33	**I.E.:**	004998564.00-55
	Telefone:	(32) 99990-7642	**Email do Fornecedor:**	qualidade.medtrem@gmail.com
	Responsável:	Franciele Valverde	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(32) 99804-8940		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	31/01/2027	**Prazo de entrega:**	20 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, conforme o que preconiza nos itens 5.3 e 5.4 do Edital, foi publicado o Resultado Preliminar no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-68-2026-aquisicao-de-ventilador-pulmonar/ Período de negociação: até às 23h55 do dia 29/10/2026. Informamos que no Resultado preliminar consta o menor valor ofertado do item, e que o mesmo deve ser utilizado como parâmetro para a oferta dos preços. Não será admitido o aumento dos preços já ofertados inicialmente.	28/10/2026 13:46	28/10/2026 14:42

Após negociação, temos como valores finais apresentados:

	Produto	Respostas

descrição do produto

1	VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO - UND - Código: 18468
Quantidade: 98.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	
Estimado: R$ 130.000,00	

respostas

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	R$ 62.996,00	R$ 6.173.608,00	COMEN	caixa c/ 1	80102513272		

Itens fracassados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens desertos:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens cancelados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens selecionados:

	Código - Descrição	Fornecedor	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
1	18468 - VENTILADOR PULMONAR NEO/PED/ADT COM TERAPIA DE O2 ALTO FLUXO	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	98 UNDS	R$ 62.996,00	R$ 6.173.608,00
Subtotal					R$ 6.173.608,00

Total	R$ 6.173.608,00