Outlook

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS - EDITAL Nº 71/2026 - ID 1677304

De Thiago Spehar | Spehar Consultores <thiago@speharconsultores.com.br>
Data Qua, 28/10/2026 11:35
Para CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Prezados(as), bom dia.

A **CIRURTECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **18.836.913/0001-08**, manifesta interesse em participar da **Seleção de Fornecedores nº 71/2026**, referente à contratação de empresa especializada para locação de instrumentais cirúrgicos para videolaparoscopia e ressecção transuretral (RTU).

Após análise do Edital e do Elemento Técnico nº 47/2026, identificamos a necessidade de esclarecimentos quanto à composição e aos quantitativos dos instrumentais que deverão integrar as bandejas.

Embora o documento estabeleça a disponibilização de 12 bandejas, sendo 8 de videolaparoscopia, 3 de RTU e 1 de apoio/contingência, as Tabelas 2 e 3 apresentam apenas a relação dos instrumentais, sem especificar as quantidades individuais necessárias.

Dessa forma, solicitamos, por gentileza, os seguintes esclarecimentos:

1. **Composição das bandejas:** Qual a quantidade exata de cada instrumental que deverá compor individualmente as bandejas de videolaparoscopia e RTU? Solicitamos, se possível, o encaminhamento de uma relação técnica detalhada, contendo a descrição e a quantidade de cada componente por bandeja.
2. **Bandeja de contingência:** A bandeja adicional deverá possuir a mesma composição e os mesmos quantitativos das bandejas de videolaparoscopia?
3. **Conjuntos e componentes:** Os conjuntos de trocartes completos deverão ser fornecidos adicionalmente aos componentes relacionados individualmente? As hastes internas das pinças deverão acompanhar os respectivos cabos, manoplas e demais componentes necessários à utilização?
4. **Distribuição e operação:** Qual será a distribuição das bandejas entre o Hospital de Base e o Hospital Regional de Santa Maria? O processamento e a esterilização após a utilização serão de responsabilidade dos hospitais ou da empresa contratada?

Essas informações são fundamentais para o correto dimensionamento dos instrumentais, levantamento dos custos e elaboração de uma **proposta comercial tecnicamente adequada e economicamente exequível**.

Considerando, ainda, que o item 3.1.4 do Edital estabelece prazo de 10 dias úteis para apresentação das propostas, enquanto a publicação informa encerramento em 30/10/2026, solicitamos a confirmação do prazo aplicável e, se possível, sua prorrogação, de modo a permitir a elaboração das propostas após a disponibilização dos esclarecimentos técnicos.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e permanecemos no aguardo de um retorno.

Atenciosamente,

CIRURTECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 18.836.913/0001-08

SPEHAR
CONSULTORES

DESDE 2003
ATENDIMENTO NACIONAL

Thiago Spehar

Consultor Estratégico em Licitações Públicas

Estratégia, segurança e resultado em licitações públicas desde 2003.

(12) 99105-0955 | thiago@speharconsultores.com.br | www.speharconsultores.com.br

Outlook

Complementação de Esclarecimentos Técnicos - Edital nº 71/2026 - ID 1677304

De Thiago Spehar | Spehar Consultores <thiago@speharconsultores.com.br>
Data Qua, 28/10/2026 11:50
Para CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Prezados(as), bom dia.

Em complemento ao e-mail anteriormente encaminhado, referente à **Seleção de Fornecedores nº 71/2026**, Processo SEI nº **04016-00093587/2026-11**, solicitamos esclarecimentos adicionais sobre os instrumentais relacionados na **Tabela 3 – Instrumentais por Bandeja Kit RTU**, constante do Elemento Técnico nº 47/2026.

Para possibilitar a correta especificação dos materiais e elaboração de nossa proposta comercial, solicitamos as seguintes informações:

1. ELEMENTO DE TRABALHO BIPOLAR (RESSECTOSCÓPIO): Qual o calibre/tamanho exigido, em French (Fr), para o elemento de trabalho bipolar? Solicitamos também a confirmação do calibre da camisa de Iglesias correspondente, para garantir a compatibilidade entre os componentes.

2. CABO DE ENERGIA PARA SISTEMA BIPOLAR: Qual a marca e o modelo do gerador eletrocirúrgico utilizado nas unidades hospitalares? Essa informação é necessária para identificarmos o padrão de conexão e cotarmos o cabo bipolar compatível com o equipamento existente.

Ressaltamos que essas especificações são essenciais para garantir a **compatibilidade técnica, a funcionalidade dos instrumentais e a correta formação dos preços**.

Agradecemos pela atenção e aguardamos, por gentileza, os esclarecimentos solicitados.

Atenciosamente,

CIRURTECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 18.836.913/0001-08

