ANEXO I-DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO MV

Item	Codigo MV	Descrição do MV	Quantidade
1	16066	**BALANÇA PEDIÁTRICA** 1. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO A FINALIDADE DA BALANÇA PEDIÁTRICA É UM EQUIPAMENTO MÉDICO DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA PESAR RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS PEQUENAS COM ALTA PRECISÃO E SEGURANÇA. 2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 25KG. FRAÇÃO 5G CONCHA EM POLIPROPILENO VISOR DIGITAL HOMOLOGAÇÃO PELO INMETRO E AFERIÇÃO PELO IPEM (PROVER CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO) FUNÇÃO TARA TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO. PADRÃO ABNT NBR 14136. 3.ACESSÓRIOS E DOCUMENTAÇÕES 01 (UM) ESTADIÔMETRO MANUAL DE OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO: TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÁS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA SEGURANÇA ELÉTRICA, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E DESEMPENHO, INCLUINDO NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 NBR IEC 60601-2-49 OU NORMAS INTERNACIONAIS EQUIVALENTES. DEVERÁ AINDA POSSUI REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM: LEI Nº 6.360/1976 RDC ANVISA Nº 665/2022 GARANTIA DE 24 MESES.	01
2	16067	**BALANÇA ANTROPOMÉTRICA** 1. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO A FINALIDADE PRINCIPAL É MEDIR COM PRECISÃO O PESO CORPORAL E , EM MINUTOS MODELOS, TAMBÉM A ESTATURA (ALTURA) DE UMA PESSOA. ELA É AMPLAMENTE UTILIZADA EM AMBIENTES DE SAÚDE. 2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DIGITAL ATÉ 200 KG DIVISÃO DE FRAÇÃO DE 100G RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: 1 METRO ATÉ 2 METROS DISPLAY LED DIGITAL DE 6 DÍGITOS FUNÇÃO TARA MÍNIMO DE 4 CÉLULAS DE CARGA PROTEÇÃO DAS CÉLULAS DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS HOMOLOGAÇÃO PELO INMETRO E AFERIÇÃO PELO IPEM (PROVER CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO) BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. 3. ACESSÓRIOS E DOCUMENTAÇÕES FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO OBSERVAÇÃO: TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÁS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA SEGURANÇA ELÉTRICA, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E DESEMPENHO, INCLUINDO NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2	01

		NBR IEC 60601-2-49 OU NORMAS INTERNACIONAIS EQUIVALENTES. DEVERÁ AINDA POSSUI REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM: LEI Nº 6.360/1976 RDC ANVISA Nº 665/2022 GARANTIA DE 24 MESES.	
3	16064	**ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO** 1. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO ESFIGMOMANÔMETRO É UM EQUIPAMENTO USADO PARA AVALIAR A PRESSÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA DO SANGUE NAS ARTÉRIAS. 2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO MANGUITO EM PVC PERA EM PVC SEM EMENDAS. CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO PEDIÁTRICO ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE LIVRE DE MERCÚRIO BRAÇADEIRAS EM NYLON COM FECHO EM VELCRO BRAÇADEIRA PEDIÁTRIA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 ATÉ 300 MMHG COM DIVISÃO DE ESCALA DE 2 MMHG TOLERÂNCIA DE +/- 3 MMHG 3. ACESSÓRIOS E DOCUMENTAÇÕES 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO COM MANGUITO DE LÁTEX DE 2 VIAS PEDIÁTRICO 01 (UMA) PERA COM VÁLVULA E MANÔMETRO 01 (UM) ESTOJO PARA VIGEM 01 (UM) CERTIFICADO DE GARANTIA MANUAL DO OPERADOR EM PORTUGUÊS REGISTO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA VIGENTE, CONFORME LEI Nº 6.360/1976. RDC ANVISA Nº 665/2022 VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO GARANTIA DE 24 MESES	02
4	16055	**LANTERNA CLÍNICA** 1. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO A FINALIDADE DA LANTERNA CLÍNICA É PROPORCIONAR ILUMINAÇÃO DIRECIONADA E CONTROLADA DURANTE EXAMES FÍSICOS, PERMITINDO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE AVALIAR VISUALMENTE ESTRUTURAS ANATÔMICAS COM MAIS PRECISÃO. 2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS LUZ LED AMARELO POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO LED COM VIDA ÚTIL POR MAIS DE 10.000 HORAS ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO) LÂMPADA DE LED É PROTEGIDA EVITANDO QUEBRAS POR QUEDAS ACIDENTAIS LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V 3. ACESSÓRIOS E DOCUMENTAÇÕES MANUAL DO OPERADOR EM PORTUGUÊS OBSERVAÇÃO: TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PILHAS AAA DEVERÁ AINDA POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM: LEI Nº 6.360/1976 RDC ANVISA Nº 665/2022 GARANTIA DE 24 MESES.	01
5	16063	**LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO** 1. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO A FINALIDADE DO LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO É PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DIRETA DA LARINGE E DAS CORDAS VOCAIS DE BEBÊS E CRIANÇAS, FACILITANDO PROCEDIMENTOS CRUCIAIS COMO A INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL E A AVALIAÇÃO DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, EM CONTEXTOS QUE INCLUEM ANESTESIA, EMERGÊNCIA, UTI PEDIÁTRICA OU REMOÇÃO DE CORPOS ESTRANHOS.	03

		2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CONJUNTO DE INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL LARINGOSCÓPIO DE USO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL FIBRA ÓTICA, Á PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE CABO COM SUPERFÍCIE O QUE GARANTE MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, PADRÃO UNIVERSAL (ISSO 7376) ILUMINAÇÃO FIBRA ÓTICA ALIMENTAÇÃO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AA DE 2,5V 3. ACESSÓRIOS E DOCUMENTAÇÕES MANUAL DO OPERADOR EM PORTUGUÊS OBSERVAÇÃO: TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA CURVA 0 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA CURVA 1 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA CURVA 2 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA CURVA 3 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA CURVA 4 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA CURVA 5 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA RETA 00 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA RETA 0 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA RETA 1 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA RETA 2 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA RETA 3 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA RETA 4 03 (TRÊS) UNIDADES DE LÂMINA RETA 5 01 (UM) GUIA PARA INTUBAÇÃO 01 (UM) CABO PEDIÁTRICO 02 (DUAS) PILHAS ALCALINAS TIPO AA DE 2,5V DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM: LEI Nº 6.360/1976 RDC ANVISA Nº 665/2022 GARANTIA DE 24 MESES	
6	16068	**OTOSCÓPIO** 1. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO A FINALIDADE DO OTOSCÓPIO É EXAMINAR O OUVIDO, ESPECIALMENTE O CANAL AUDITIVO EXTERNO E O TÍMPANO (MEMBRANA TIMPÂNICA). ELE É UM INSTRUMENTO MÉDICO COM UMA LUZ E UMA LENTE DE AUMENTO, USADO PRINCIPALMENTE POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS ILUMINAÇÃO A PARTIR LÂMPADA LED DE ALTA INTENSIDADE, COM VIDA ÚTIL MÍNIMO 20.000 HORAS TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO PORTÁTIL, LEVE E ERGONÔMICO LENTE GIRATÓRIA CONECTADA AO FOTOSCÓPIO, PERMITINDO INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM AUMENTO DO CAMPO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) VEZES ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO E REGULADOR DE INTENSIDADE DE LUZ ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHA AA CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA CABO CARREGÁVEL COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS. 3. ACESSÓRIOS E DOCUMENTAÇÕES 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS DE TAMANHOS DISTINTOS, PERMITINDO A ADAPTAÇÃO A DIFERENTES PACIENTES 02 (DUAS) PILHAS AA RECARREGÁVEIS OU 01 (UMA) BATERIA 01 (UMA) LÂMPADA LED EXTRA 01 (UM) CARREGADOR DE BATERIAS – BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V – 60HZ	02

		01 (UMA) PERA DE INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM: LEI Nº 6.360/1976 RDC ANVISA Nº 665/2022 GARANTIA DE 24 MESE	