Outlook

**RE: Pedido de Revisão das Especificações Técnicas, Esclarecimentos e Prorrogação do Prazo de Entrega - EDITAL Nº 77/2026 - – IGESDF**

**De** KATIANA RIBEIRO TELES FEKETE <katiana.fekete@igesdf.org.br>
**Data** Seg, 16/11/2026 15:01
**Para** Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>; Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon>
**Cc** CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Prezados(as),

Segue retorno do seu pedido de esclarecimentos emitido pela área Técnica Responsável:

**ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS X DIGITAL FIXO**

| Questionamento | Manifestação técnica |
|---|---|
| Tempo de exposição | Limites máximos inferiores a 5.000 ms podem ser tecnicamente aceitáveis, desde que preservadas as técnicas radiográficas necessárias e a conformidade com a RDC nº 611/2022. |
| Correntes dos focos fino e grosso | Correntes superiores podem ser admitidas, observados os limites operacionais e a compatibilidade entre tubo e gerador. |
| Área ativa do detector de 34 × 41 cm | A redução exige comprovação de equivalência quanto à cobertura anatômica e às aplicações clínicas previstas. |
| MTF em frequência espacial diferente | Valores de MTF obtidos em frequências distintas não são diretamente equivalentes, sendo necessária comprovação tecnicamente comparável. |
| Redução de baterias sobressalentes | A redução depende de comprovação de autonomia e continuidade operacional equivalentes. |
| Monitor monocromático ou colorido | A especificação deve considerar a finalidade da estação de aquisição, distinguindo-a de estações destinadas à interpretação diagnóstica. |
| Armazenamento interno de 256 GB | A capacidade proposta não teve sua suficiência demonstrada para armazenamento local, contingência e continuidade operacional. |
| Unidade de CD/DVD | O descritivo já admite tecnologia superior, desde que preservadas as funcionalidades exigidas. |
| Software em inglês | Mantém-se a exigência de interface em português, necessária à padronização e à segurança operacional. |
| Junção automatizada de imagens | A redação já contempla junção automática ou manual, dispensando alteração terminológica. |
| Backup e restauração em USB | A especificação já contempla USB, devendo ser preservadas as funcionalidades de backup e recuperação das imagens. |
| Eliminação ou supressão de linhas de grade | Recursos de supressão digital podem atender à finalidade exigida, mediante comprovação funcional. |
| Sinalização luminosa vermelha | A exigência deve ser preservada conforme os requisitos de proteção radiológica. A responsabilidade pela instalação deve observar o escopo contratual. |

**ITEM 02 – APARELHO DE RAIOS X DIGITAL MÓVEL**

| Questionamento | Manifestação técnica |
|---|---|
| Autonomia de 50 ciclos | A equivalência depende de metodologia de ensaio comparável e comprovação de atendimento às necessidades operacionais. |
| Raio de giro | A substituição por expressão genérica de facilidade de movimentação não assegura julgamento objetivo. A manobrabilidade deve permanecer verificável. |

| | |
|---|---|
| Redução de baterias sobressalentes | A alteração depende de comprovação de autonomia e disponibilidade operacional equivalentes. |
| Armazenamento interno de 240 GB | A capacidade proposta não teve sua suficiência demonstrada para armazenamento temporário e operação em contingência. |
| CD/DVD e exportação por USB | Tecnologias alternativas podem atender, desde que preservadas as funcionalidades de gravação, exportação e recuperação previstas. |
| Software em inglês | Mantém-se a exigência de interface em português. |
| Monitor de 1,3 megapixels | A redução demanda comprovação de adequação à finalidade operacional e aos requisitos de visualização. |

**PRAZO DE ENTREGA – ITEM 02**

A empresa solicita ampliação do prazo de entrega para até 330 dias, em substituição aos 120 dias corridos estabelecidos.

Manifestação técnica: Não se acolhe a solicitação, considerando que a aquisição contempla apenas 01 (uma) unidade do equipamento, não tendo sido apresentada justificativa técnica ou logística suficiente que demonstre a inviabilidade de cumprimento do prazo estabelecido.

Ademais, a ampliação proposta representa postergação significativa da disponibilização do equipamento, com potencial impacto na recomposição do parque tecnológico e no atendimento assistencial do HRSM. Dessa forma, mantém-se o prazo de 120 dias corridos previsto no Elemento Técnico.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Katiana Fekete**
Analista de Compras

Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado
✉ emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 Ramal 9109

---

**De:** Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>
**Enviado:** segunda-feira, 16 de novembro de 2026 11:34
**Para:** CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>; Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon>
**Cc:** Leonardo Pasquarelli <leonardo.pasquarelli@br.medical.canon>; Renato Nunes <renato.nunes@br.medical.canon>
**Assunto:** RES: Pedido de Revisão das Especificações Técnicas, Esclarecimentos e Prorrogação do Prazo de Entrega - EDITAL Nº 77/2026 - – IGESDF

Uso Público

Bom dia!

@CX - Emendas Parlamentares e Propostas,

Em complemento ao e-mail encaminhado anteriormente, referente ao **Pedido de Revisão das Especificações Técnicas, Esclarecimentos e Prorrogação do Prazo de Entrega**, apresentado pela **Canon Medical Systems do Brasil Ltda.**, vimos, respeitosamente, solicitar informações sobre o andamento da análise, bem como o posicionamento desse Órgão quanto às solicitações apresentadas.

Ressaltamos que o **Edital nº 77/2026 está previsto para o dia 17/11/2026**. Considerando a proximidade da data de realização do certame, solicitamos, por gentileza, que a resposta aos esclarecimentos e ajustes seja disponibilizada **com a maior brevidade possível, preferencialmente antes da abertura da sessão pública**.

Destacamos que o retorno é de **extrema importância para nossa empresa**, uma vez que as informações solicitadas são essenciais para a adequada análise das condições de participação, avaliação do atendimento às exigências editalícias e definição quanto à apresentação de proposta no certame.

**Caso não seja possível concluir a análise e disponibilizar as respostas em tempo hábil, solicitamos, respeitosamente, que seja avaliada a possibilidade de suspensão ou adiamento da sessão pública**, até que os esclarecimentos sejam devidamente prestados, de modo a assegurar aos interessados tempo adequado para análise das informações e elaboração de suas propostas.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e permanecemos no aguardo de um posicionamento desse Órgão.

Atenciosamente,

**Rosangela Sodré**
**Canon Medical Systems do Brasil** | Departamento de Licitação
Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120
**P** (55 11) 4134-0135 | (55 11) 98389-4801
**E** licitacao@br.medical.canon / rosangela.sodre@br.medical.canon | **W** br.medical.canon

---

**De:** CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
**Enviada em:** sexta-feira, 13 de novembro de 2026 12:07
**Para:** Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>; Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon>
**Cc:** Leonardo Pasquarelli <leonardo.pasquarelli@br.medical.canon>; Renato Nunes <renato.nunes@br.medical.canon>; CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
**Assunto:** RE: Pedido de Revisão das Especificações Técnicas, Esclarecimentos e Prorrogação do Prazo de Entrega - EDITAL Nº 77/2026 - – IGESDF

Prezados(as),
Informamos que o pedido foi recebido e encaminhado à área técnica competente para análise.
Solicitamos, portanto, que aguarde o retorno com as devidas considerações.
Agradecemos o contato.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Rosemary Candida da Silva
**Analista de Compras**
**Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB**
emendas.propostas@igesdf.org.br
(61) 3550-8900 Ramal 9109

---

**De:** Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>
**Enviado:** quarta-feira, 11 de novembro de 2026 16:37
**Para:** CX - COMPRAS SERVICOS <compras.servicos@igesdf.org.br>; CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
**Cc:** Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon>; Leonardo Pasquarelli <leonardo.pasquarelli@br.medical.canon>; Renato Nunes <renato.nunes@br.medical.canon>
**Assunto:** Pedido de Revisão das Especificações Técnicas, Esclarecimentos e Prorrogação do Prazo de Entrega - EDITAL Nº 77/2026 - – IGESDF

Uso Público

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF**

**Brasília/DF**

**EDITAL Nº 77/2026**

**PROCESSO SEI 04016-00135894/2026-87**

**Ref.: Pedido de Revisão das Especificações Técnicas, Esclarecimentos e Prorrogação do Prazo de Entrega**

Ilmo. Sr. Pregoeiro e Comissão de Licitação,

A empresa **Canon Medical Systems do Brasil Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº **46.563.938/0014-35**, vem, respeitosamente, à presença desta Comissão, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, REVISÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA**, referente à Cláusula 02 – **Especificação Detalhada do Objeto**, especificamente quanto ao **Item 01 – Aparelho de Raios X Digital Fixo** e ao **Item 02 – Aparelho de Raios X Digital Móvel**.

Solicitamos, por gentileza, a confirmação de recebimento deste e-mail e de seu anexo.

Atenciosamente,

**Rosangela Sodré**

**Canon Medical Systems do Brasil** | Departamento de Licitação

Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120

**P (**55 11) 4134-0135 | **(**55 11) 98389-4801

**E** licitacao@br.medical.canon **/** rosangela.sodre@br.medical.canon | **W** br.medical.canon