Outlook

RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 772026 - IGESDF

De KATIANA RIBEIRO TELES FEKETE <katiana.fekete@igesdf.org.br>
Data Seg, 16/11/2026 14:56
Para allana.silva@konicaminolta.com <allana.silva@konicaminolta.com>
Cc CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Prezados(as),

Segue retorno do seu pedido de esclarecimentos emitido pela área técnica responsável:

TEM 01 – APARELHO DE RAIOS X DIGITAL FIXO

A empresa solicita aceitação de movimentação vertical de 138 cm, em substituição aos 140 cm exigidos, associando o parâmetro ao Bucky mural.

Esclarece-se que o subitem 1.6.10 estabelece movimentação vertical mínima de 140 cm para a coluna de raios X, enquanto o subitem 1.8.9 prevê amplitude mínima de 120 cm para o Bucky mural.

Dessa forma, caso a dimensão informada corresponda ao Bucky mural, o requisito dimensional encontra-se atendido. Caso se refira à coluna de raios X, a característica é inferior ao mínimo estabelecido, dependendo de avaliação de equivalência funcional.

Quanto ao questionamento tributário relativo ao ICMS/DIFAL, registra-se que a matéria já foi respondida pelo Núcleo de Contabilidade.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Katiana Fekete
Analista de Compras

Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado
✉ emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 Ramal 9109

De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Enviado: sexta-feira, 13 de novembro de 2026 12:01
Para: Allana Silva <allana.silva@konicaminolta.com>
Cc: Licitacao Healthcare <licitacao.healthcare@konicaminolta.com>; Ana Carvalho <ana.carvalho@konicaminolta.com>; Pollyanna Fernandes <pollyanna.fernandes@konicaminolta.com>; CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Assunto: RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 772026 - IGESDF

Prezados(as),
Informamos que o pedido foi recebido e encaminhado à área técnica competente para análise.

Solicitamos, portanto, que aguarde o retorno com as devidas considerações.
Agradecemos o contato.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Rosemary Candida da Silva
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
✉ emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 Ramal 9109

De: Allana Silva <allana.silva@konicaminolta.com>
Enviado: quinta-feira, 12 de novembro de 2026 07:28
Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Cc: Licitacao Healthcare <licitacao.healthcare@konicaminolta.com>; Ana Carvalho <ana.carvalho@konicaminolta.com>; Pollyanna Fernandes <pollyanna.fernandes@konicaminolta.com>
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 772026 - IGESDF

Prezados,

A Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/000185, vem, respeitosamente, requerer o esclarecimento dos pontos abaixo especificados.

Atenciosamente,

KONICA MINOLTA

Allana Silva
Comercial Público
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
Tel: + 55 31 99547-7231
E-mail: allana.silva@konicaminolta.com



The information contained in, attached to or accompanying this e-mail message is solely for the use of the intended recipient(s). If you are not an intended recipient, please destroy this message, delete all copies held on your system and advise the sender by reply e-mail.

A informação contida, anexada ou acompanhando esta mensagem de e-mail destina-se exclusivamente ao uso do(s) destinatário(s) pretendido(s). Se você não é um destinatário pretendido, por favor, destrua esta mensagem, delete todas as cópias armazenadas em seu sistema e avise o remetente por e-mail de resposta.